



Catre,
Toti operatorii economici interesati

Ca urmare a solicitarilor de clarificare inregistrate la nivelul autoritatii contractante depuse în cadrul procedurii de negociere, având ca obiect „Achizitionare echipamente de protectie 9 loturi” lot 4 „manusi chirurgicale sterile”,vă comunicam urmatoarele:

- Solicitare „Se accepta manusi pudrate?”
Raspuns : Da, se accepta si manusi pudrate.
- Solicitare „Se accepta manusi cu urmatoarele grosimi: palma – 0.18mm, manseta – 0.15mm, deget – 0.19mm?”
Raspuns : Da, se accepta si manusi cu urmatoarele grosimi minime: palma – 0.18mm, manseta – 0.15mm, deget – 0.19mm.
- Solicitare: „ Standardul european care prevede testarea rezistentei manusilor are ca rezultat rezistenta la rupere (masurata in N). Standardul care se foloseste in SUA are ca rezultat alungirea (masurata in procente - %). Avand in vedere principiul recunoasterii reciproce va rugam sa acceptati si produse testate doar la nivel european care au rezultate exprimate doar in N. De asemenea va rugam sa ne comunicati daca se accepta manusi cu o forta de rupere de 15 N.”
Raspuns : Da, se accepta si manusi cu o forta de rupere de minim 9N inainte de imbatranire si 9N dupa imbatranire.
- Solicitare „Se accepta nivel AQL 1.0?”
Raspuns : Da, se accepta
- Solicitare „Se accepta manusi cu o alungire de 750% respectiv 560%?”
Raspuns : Da, se accepta si manusi cu o alungire de 750% respectiv 560%?
- Solicitare „Se accepta manusi cu o forta de rupere de 9N?”
Raspuns :Da, se accepta manusi cu o forta de rupere de minim 9N inainte de imbatranire si 9 dupa imbatranire.
- Solicitare „Se accepta produse cu proteine solubile in apa <40 µg/g?”
Raspuns : Da, se accepta si manusi cu un continut de proteine solubile in apa de maxim 100 µg/g.
- Solicitare „Se accepta manusi cu continut de proteine <100 µg/g ?”
Raspuns : Nu, se accepta manusi cu un continut de proteine solubile in apa de maxim 40 µg/g.

Director Ingrijiri,
Popa Otilia Emilia

As sef UPU SMURD
Gabrian Mihai