

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Arad
INTRARE Nr. 24219
Data 02.07.2024



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMANIA - 210027 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 257 407 200; (+0040 257 220 000; FAX: (+0040 257 407 211



UPU - SMURD

NR. 464 / 02.07.2024

Aprobat Manager,
Ec. FLORINA IONESCU



CAIET DE SARCINI

Reactivi de laborator

Șef UPU-SMURD Arad
Dr Jipa Radu



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Cuprins

1. Introducere
2. Contextul realizării acestei achiziții de produse
 - 2.1. Informații despre Autoritatea contractantă
 - 2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
 - 2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă
 - 2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul
 - 2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea
 - 2.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul
3. Descriere a produselor solicitate
 - 3.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
 - 3.2. Produse solicitate
 - 3.3. Garanție
 - 3.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului
 - 3.5. Mediul în care este operat produsul
 - 3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților
4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul
5. Recepția produselor
6. Modalități și condiții de plată
7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
8. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul)



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310027 - ARAD - STR. ANDREI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 257 407 200; (+0040 257 220 000; FAX: (+0040 257 407 211



1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă sau producție, un procedeu special, o marcă de fabricație sau de comerț, sunt menționate doar pentru a identifica cu ușurință tipul de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea sau **ECHIVALENT**.

Ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere prin care se certifică faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii în vigoare la nivel național, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, și care vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii/prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului sunt:

- **Inspectoratul Teritorial de Muncă sau pe site-ul <http://www.inspectmun.ro/Legislatie.html>**
- **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau pe site-ul [http://www.igsu.ro/informatii utile/legislatie](http://www.igsu.ro/informatii%20utile/legislatie)**
- **O.U.G. 60/ 28.08.1997 privind apararea împotriva incendiilor**
- **Legea 307 /12.07.2006 privind apararea împotriva incendiilor (*republicată*)**
- **Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau pe site-ul <http://www.anpm.ro>**
- **O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului –actualizata**

Pe toată perioada cât operatorii economici se află la sediile Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad vor respecta regulile interioare de desfășurare a activității.

Operatorii economici au obligația să respecte și următoarele:

- Norme de prevenire și stingere a incendiilor;
- Normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KÁROLY, NR. 2-4
TEL.: (+36040 357 407 200; (+36040 357 220 000; FAX: (+36040 357 407 211



- Prevederile de asigurare a calității;

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad are calitatea de autoritate contractantă.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă: **Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.**

Sediul social: Municipiul ARAD, Str. Andrenyi Karoly, Nr. 2 - 4, Cod poștal 310037, România.

Persoana de contact: Ec. Fâșie Florin - Șef Serviciu Achiziții, Tel.: +40 257/220.000 interior 121/151, +40 357/407/200, Fax: +40 357/407.211, E-mail: scjuarad.bap.@gmail.com, scjaradsecretariat@yahoo.com.

Cod fiscal: 3519879

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a luat ființă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale și anume:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – înființat în anul 1981,
- Spitalul Clinic Municipal Arad – înființat în anul 1775,
- Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad care datează din anul 1919.

Spitalul se află sub managementul Consiliului Județean Arad.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad are în structura sa 60 de secții și compartimente.

Secții și compartimente clinice de: ATI, Medicină internă, Endocrinologie, Hematologie, Gastroenterologie, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Cardiologie, Terapie intensivă coronarieni, Recuperare cardiologică, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, Chirurgie maxilo-facială, Neurochirurgie, Chirurgie toracică, Chirurgie și ortopedie infantilă, Ortopedie și traumatologie, Chirurgie artroscopică, Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Arși, Neurologie, Pediatrie, Neuropsihiatrie infantilă, Boli infecțioase copii și adulți, HIV/SIDA,



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KÁROLY NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Psihiatrie, Reumatologie, Urologie, ORL, Oftalmologie, Oncologie medicală, Medicina muncii, Recuperare fizică și balneologie, Recuperare neurologică, Dermatovenerologie, Nefrologie, Pneumologie, TBC, Obstetrică fiziologică și patologică, Medicină materno-fetală, Ginecologie, Chirurgie laparoscopică ginecologică, Gineco-oncologie, Neonatologie, Prematuri, Îngrijiri paliative, Audiologie și foniatrie, Endoscopie digestivă pentru copii.

Cabinete medicale:

Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Oncologie medicală, Planificare familială, Medicină internă, Gastroenterologie, Hematologie, Cardiologie, Chirurgie maxilo-facială, Chirurgie plastică și microchirurgie, Neurologie, Endocrinologie, ORL, Oftalmologie, Psihiatrie, Chirurgie generală, Urologie, Ortopedie și traumatologie, Boli infecțioase, Pneumologie, Reumatologie, Nefrologie, Medicina muncii, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, Dermatovenerologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Medicină sportivă, Săli de tratament

Servicii: de anatomie patologică, histopatologie, citologie, prosectură, de medicină legală, de prevenire și combatere a infecțiilor nozocomiale, laborator clinic de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, laborator explorări funcționale, farmacie, bloc operator.

Centrul de Sănătate mintală (CSM).

Dispensar TBC.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are în vedere achiziționarea de reactivi markeri cardiaci compatibili cu analizorul automat de imunologie Pathfast utilizați în secția UPU-SMURD a Spitalului, necesari evaluării rapide a pacienților prezentați în secție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Furnizarea de reactivi markeri cardiaci compatibili cu analizorul automat de imunologie Pathfast se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare .

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă e stecazul

Nu este cazul

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Domeniul/sectorul de activitate al autorității contractante: Servicii medicale/Sănătate



2.6 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Prezenta achiziție publică are la bază referatul de necesitate întocmit în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din care reiese faptul că Reactivii sunt necesari desfășurării în condiții optime a activității medicale curente din cadrul secției UPU-SMURD a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

3. Descrierea Produselor

Descrierea produselor este specificată în tabel, iar aceasta reprezintă cerințele minime obligatorii care fac parte integrantă din acest contract.

Produsele vor avea valabilitatea la livrare de cel puțin 80% din totalul perioadei de valabilitate a reactivilor.

Termenul de valabilitate se compune din formularea clară a zilei, lunii și a anului.

Data este precedată de mențiunea clară <<expiră la data de>>

Se vor indica după caz condițiile de păstrare și conservare.

Toate produsele trebuie însoțite de o descriere care să permită identificarea lotului de fabricație din care face parte.

Toate produsele trebuie avizate sanitar și să asigure produsului o protecție cât mai eficientă

3.1. Obiectivul General

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie reactivi markeri cardiaci compatibili cu analizorul automat de imunologie Pathfast utilizați în secția UPU-SMURD a SCJU Arad, , necesari evaluării rapide a pacienților prezentați în secție, cu produse clasificate, **conform CPV 33696500-0 Reactivi de laborator.**

3.2 Produsele Solicitate.

Nr Crt	Denumire achiziție		Cantitate 4 luni	Valoare estimata 4 luni fără TVA
1	Troponină I HS	teste	5040	257040
2	D-DIMER	teste	3600	183600
3	NT pro BNP	teste	3600	259200
4	PRESEPSIN	teste	780	56160
5	Vârfuri de reacție (pipete)	buc	13020	58590



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR. 2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Specificații tehnice minime obligatorii solicitate:

Caracteristici tehnice - reactivi compatibili cu analizorul automat de imunologie PATHFAST, aflat în dotarea spitalului.

Test Troponina I high sensitive

- a. Testele să fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat în dotare;
- b. Să fie un test imunoenzimatic;
- c. Toate componentele necesare efectuării testului să fie ambalate într-un cartuș reactiv gata de lucru;
- d. Să utilizeze metoda de măsurare prin chemiluminiscență;
- e. Cartusul reactiv să conțină 16 godeuri;
- f. Să aibă toate godeurile, în afară de godeul pentru probă (#1) și godeul de eșantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu având imprimate coduri de bare pe ele;
- g. Să aibă toți reactivii necesari testului introduși în fiecare godeu al cartusului reactiv;
- h. Împachetarea sa fie de 60 teste /kit;
- i. Să aibă soluții de calibrare incluse în kit;
- j. Să aibă calibrator 1 (CAL-1) Pentru 1,0 ml x 2 fiole (lîofilizat);
- k. Să aibă calibrator 2 (CAL-2) Pentru 1.0 ml x 2 fiole (lîofilizat);
- l. Să aibă diluent de calibrare 1.0 ml x 4 sticlute (lichid);
- m. Să aibă card de calibrare cu cod de bare inclus în kit;
- n. Testele să fie măsurate prin chemiluminiscență și tehnologia MAGTRATION.
- o. Testul să poată măsura troponina înalt sensibilă și să aibă o limită minimă de detecție de maxim 3 ng/L și un CV de maxim 10% pentru valoarea prag la percentila 99.
- p. Să se prezinte studii de validare pentru valoarea prag la percentila 99 și a algoritmilor 0/3 h și 0/1 h, conform recomandărilor Federației Internaționale de Chimie Clinică și Societății Europene de Cardiologie.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Test D-Dimer

- a. Testele să fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat în dotare;
- b. Să fie un test imunoenzimatic;
- c. Toate componentele necesare efectuării testului să fie ambalate într-un cartus reactiv gata de lucru;
- d. Să utilizeze metoda de măsurare prin chemiluminiscență;
- e. Cartusul reactiv să conțină 16 godeuri;
- f. Să aibă toate godeurile, în afara de godeul pentru proba (#1) și godeul de esanționare, acoperite cu sigilii de aluminiu având imprimate coduri de bare pe ele;
- g. Să aibă toți reactivii necesari testului introdusi în fiecare godeu al cartusului reactiv;
- h. Împachetarea să fie de 60 teste /kit
- i. Să aibă soluții de calibrare incluse în kit;
- j. Să aibă calibrator 1 (CAL-1) Pentru 1,0 ml x 2 fiole (lichid);
- k. Să aibă calibrator 2 (CAL-2) Pentru 1.0 ml x 2 fiole (liofilizat);
- l. Să aibă diluent de calibrare 1.0 ml x 2 sticlute (lichid);
- m. Să aibă card de calibrare cu cod de bare inclus în kit;
- n. Testele să fie măsurate prin chemiluminescență și tehnologia MAGTRATION
- o. Testele să aibă o limită de detecție de maxim 0.005 µg/mL FEU

PRESEPSIN

- a. Testele să fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat în dotare;
- b. Să fie un test imunoenzimatic, care să determine fragmentul sCD14ST, rezultat din clivajul glicoproteinei CD14.
- c. Testul Presepsin trebuie să fie util în diagnosticarea și prognosticul sepsisului, să permită evaluarea gradului de severitate și stratificarea riscului la pacienții septici.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



- d. Toate componentele necesare efectuării testului să fie ambalate într-un cartus reactiv gata de lucru;
- e. Să utilizeze metoda de măsurare prin chemiluminiscență;
- f. Cartusul reactiv să conțină 16 godeuri;
- g. Să aibă toate godeurile, în afara de godeul pentru proba (#1) și godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu având imprimate coduri de bare pe ele;
- h. Să aibă totii reactivii necesari testului introdusi în fiecare godeu al cartusului reactiv;
- i. Împachetarea să fie de 60 teste /kit
- j. Să aibă soluții de calibrare incluse în kit;
- k. Să aibă calibrator 1 (CAL-1) Pentru 1,0 ml x 2 fiole (lichid);
- l. Să aibă calibrator 2 (CAL-2) Pentru 1.0 ml x 2 fiole (lichid);
- m. Să aibă card de calibrare cu cod de bare inclus în kit;
- n. Testele să fie măsurate prin chemiluminiscență și tehnologia MAGTRATION
- o. Testele să aibă o limită minimă de detecție de maxim 20 pg/ml

NT proBNP

- a. Testele să fie compatibile cu analizorul automat Pathfast aflat în dotare;
- b. Să fie un test imunoenzimatic;
- c. Toate componentele necesare efectuării testului să fie ambalate într-un cartus reactiv gata de lucru;
- d. Să utilizeze metoda de măsurare prin chemiluminiscență;
- e. Cartusul reactiv să conțină 16 godeuri;
- f. Să aibă toate godeurile, în afara de godeul pentru proba (#1) și godeul de esantionare, acoperite cu sigilii de aluminiu având imprimate coduri de bare pe ele;
- g. Să aibă totii reactivii necesari testului introdusi în fiecare godeu al cartusului reactiv;



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMANIA - 210037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL.: (+36040 227 407 200; (+36040 227 220 000; FAX: (+36040 227 407 211



- h. Impachetarea sa fie de 60 teste /kit
- i. Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit;
- j. Să aibă calibrator 1 (CAL-1) Pentru 1,0 ml x 2 fiole (lichid);
- k. Să aibă calibrator 2 (CAL-2) Pentru 1.0 ml x 2 fiole (liofilizat);
- l. Să aibă diluent de calibrare 1.0 ml x 2 sticlute (lichid);
- m. Să aibă card de calibrare cu cod de bare inclus in kit;
- n. Testele să fie masurate prin chemiluminescenta si tehnologia MAGTRATION
- o. Testele să aibă o limita minima de detectie de maxim 15 pg/mL

Varfuri de reactie (pipete) – consumabile de laborator

- a. Pipete de unica folosinta, din plastic transparent;
- b. Să aibă un filtru de pasla, interior, pentru prevenirea contaminarii seringilor de aspirare ale analizorului Pathfast;
- c. Să aibă un diametru interior, superior, compatibil cu seringile de aspirare ale analizorului Pathfast;
- d. Să fie ambalate în cutii de 5 x 42 buc;
- e. Cutiile să fie dotate cu sistem de prevenire a contaminarii pipetelor;
- f. Să fie compatibile cu metoda de masurare prin chemiluminiscenta si MAGTRATION utilizata de analizorul Pathfast;
- g. Să fie compatibile cu cartusul reactiv utilizat de analizorul Pathfast;

DOCUMENTE :

- Declarație de conformitate CE
- Certificate ISO atât pentru producător cât și pentru distribuitor
- Fiecare lot de reactivi să fie însoțit de certificate de analiză de la producator
Service-ul să fie asigurat de către furnizor, 24 ore din 24, 7 zile din 7.
Dacă se constată defecțiuni ale aparatului, acesta să fie înlocuit în maximum 24 ore.
Furnizorul să asigure gratuit suport tehnic și profesional 24 ore din 24, 7 zile din 7.
- Termen de livrare: dupa primirea comenzii, în max. 24 h la sediul autorității contractante.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉENYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



3.3 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Ofertantul are obligația de a garanta ca toate produsele oferite sunt noi, nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a producătorului și ca acestea corespund caracteristicilor menționate în propunerea tehnică și a cerințelor din prezentul caiet de sarcini.

Perioada de garanție va fi de 24 luni de la data achiziției.

Beneficiarul are dreptul de a notifica, în scris, furnizorului, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție, în termen de maxim 5 zile de la data constatării lor. La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a înlocui produsul necorespunzător în maxim 15 zile, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Produsele care pe timpul garanției le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii lor și semnării procesului verbal de recepție/punere în funcțiune și va acoperi perioada de garanție primită inițial. Dacă furnizorul, după ce a fost instițuit, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuielile furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu ori celorlalte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

3.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de **maxim 24 ore** de la data transmiterii comenzii ferme de către achizitor către furnizor. Un produs este considerat livrat după întocmirea procesului verbal de **recepție cantitativă**.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ către Autoritatea contractantă la locul indicat de acesta, iar adresa va fi menționată în comanda fermă transmisă de către achizitor către furnizor. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este cea menționată în comanda fermă pe care achizitorul o va transmite furnizorului.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a avut în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMANIA · 310037 · ARAD · STR. ANDRÉMY KAROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



3.5 Mediul în care este operat produsul-Reactivii se vor utiliza în cadrul Unitatii de Primire Urgenta din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, într-un spațiu existent amenajat, și va fi operat de cadrele medicale specializate din cadrul secției, care sunt direct implicați în desfășurarea unui act medical superior, punerea rapidă a diagnosticului de certitudine, stabilirea corectă a tratamentului și urmărirea evoluției în timp a bolii în rândul populației județului Arad.

Punerea diagnosticului de certitudine în timp scurt cu siguranța corectitudinii acestuia, va permite stabilirea celui mai bun tratament și monitorizarea evoluției bolii, conducând la îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești.

3.5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele în termenele prevazute la cap.3.5.2. din prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica si a caietului de sarcini. Produsele/echipamentele ce urmeaza sa fie livrate in cadrul prezentei proceduri vor fi obligatoriu fabricate de catre producatorul mentionat in declaratia de producator depusa in cadrul ofertei.

Furnizorul se obliga sa despagubeasca autoritatea contractanta impotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele achiziționate,
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din solicitarea ofertei întocmite de către entitatea contractanta.

Autoritatea contractanta se obligă să recepționeze produsele achiziționate.

În cazul în care contractantul nu își onorează obligațiile, atunci va datora entitatii contractante penalitati de conform contractului însoșit.

În cazul în care autoritatea contractanta nu își onorează obligațiile de plată, atunci va datora contractantului penalitati conform contractului însoșit.

Nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese, conform contractului de furnizare.

4 DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE IN LEGATURA CU PRODUSUL

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în cadrul contractului sunt: carti tehnice, cataloage ai alte documentatii similare (prospecte, fise tehnice etc) care sa prezinte caracteristicile si proprietatile produselor, conditii impuse pentru pastrarea lor, intretinerea si indeplinirea rolului lor functional, alte elemente privind manipularea, depozitarea si conservarea precum si orice instructiuni si documentatie de utilizare emisa de producatorul produselor si aferenta acestora pe care furnizorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor din necunoasterea lor.

Documentele respective trebuie sa mentioneze concordanta cu paramentrii si caracteristicile mentionate in standardele in vigoare. Toata documentatia va fi prezentata in limba romana.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDREI VI KAROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



5 RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, când toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat;
- b) acceptat cu observații minore;
- c) acceptat cu rezerve;
- d) refuzat.

6 MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la recepția calitativă a produsului

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELATIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:



- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei *protocoale regionale ale sale*.
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
- HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului /acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestatiilor, cu completările și modificările ulterioare;

8 MANAGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

În acest capitol sunt introduse informații despre modalitatea în care se asigură managementul contractului de furnizare. Managementul include o componentă de management și o componentă administrativă, având ca date de intrare:

- a) contractul de furnizare încheiat;
- b) comenzile aferente contractului;
- c) comunicările între Contractant și Autoritatea contractantă;
- d) comunicările între Contractant și terții susținători (dacă este cazul).

Responsabilitățile cu caracter administrativ ce revin autorității contractante pe perioada derulării contractului sunt următoarele:



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



- Numirea unui responsabil de contract, care să asigure atât relația cu contractantul cât și supervizarea modului de administrare a contractului,
- Transmiterea garanțiilor de bună execuție departamentului economic pentru înregistrarea acestora în contabilitatea autorității contractante (înregistrare extra bilanțieră),
- Obținerea tuturor documentelor suport pentru efectuarea plăților, așa cum sunt aceste documente prezentate în contract și reglementate în legislație,
- Monitorizarea modului de derulare a contractului (planificat – realizat) și urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale,
- Obținerea vizelor de control financiar preventiv intern și control financiar preventiv delegat pe „ordonanțările de plată”, inclusiv evidențierea stadiului angajamentului legal,
- Organizarea recepției la livrare,
- Obținerea documentelor necesare finalizării contractului, așa cum sunt acestea stabilite prin contract,

Șef UPU-SMURD ARAD
Dr. JIPA RADU

Dr. JIPA RADU
medic primar
Clinică de urgență
078544

