



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 210037 - ARAD - STR. ANDRÉENYI KÁROLY, NR. 44
TEL: (+)0040 357 407 200; (+)0040 357 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



NR. 011/25.11.2025
Spitalul Clinic Județean de Urgență
ARAD

SECȚIA CLINICĂ ATI I

Spitalul Clinic Județean de Urgență
ARAD
Nr. 38918
Data 25.11.2025

Se Aproba
Manager
Ec. Ionescu Florina



CAIET DE SARCINI

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

Prezenta achiziție publică are la baza referatul de necesitate întocmit de către Secția ATI1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din care reiese faptul că reactivii ce se doresc a fi achiziționați sunt necesari desfășurării în condiții optime a activității medicale din cadrul unității sanitare.

Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are în vedere prin derularea prezentei proceduri achiziționarea de reactivi de laborator, într-un singur lot în calitate de achizitor eligibil, pentru secția ATI1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Furnizarea produselor se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare pentru achizitori eligibili ce se va încheia cu castigatorii procedurii.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 210037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KAROLY, NR. 2-4
TEL.: (+0040 257 407 200; (+0040 257 220 000; FAX: (+0040 257 407 211



2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritate contractantă: **Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.**

Sediul social: Municipiul ARAD, Str. Andrenyi Karoly, Nr. 2 - 4, Cod poștal 310037, România.

Persoana de contact: Ec. Fasie Florin - Șef Serviciu Achiziții, Tel.: +40 257/220.000, +40 357/407/200, Fax: +40 357/407.211, E-mail: scjuarad.bap.@gmail.com, scjaradsecretariat@yahoo.com.

Cod fiscal: 3519879

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a luat ființă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale și anume:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – înființat în anul 1981,
- Spitalul Clinic Municipal Arad – înființat în anul 1775,
- Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad care datează din anul 1919.

Spitalul se află sub managementul Consiliului Județean Arad.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad are în structura sa 54 de secții și compartimente.

Secții și compartimente clinice de: ATI, Medicină internă, Endocrinologie, Hematologie, Gastroenterologie, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Cardiologie, Terapie intensivă coronarieni, Recuperare cardiologică, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, Chirurgie maxilo-facială, Neurochirurgie, Chirurgie toracică, Chirurgie și ortopedie infantilă, Ortopedie și traumatologie, Chirurgie artroscopică, Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Arși, Neurologie, Pediatrie, Neuropsihiatrie infantilă, Boli infecțioase copii și adulți, HIV/SIDA, Psihiatrie, Reumatologie, Urologie, ORL, Oftalmologie, Oncologie medicală, Medicina muncii, Recuperare fizică și balneologie, Recuperare neurologică, Dermatovenerologie, Nefrologie, Pneumologie, TBC, Obstetrică fiziologică și patologică, Medicină materno-fetală, Ginecologie, Chirurgie laparoscopică ginecologică, Gineco-oncologie, Neonatologie, Prematuri, Îngrijiri paliative, Audiologie și foniatrie, Endoscopie digestivă pentru copii.

Cabinete medicale:

Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Oncologie medicală, Planificare familială, Medicină internă, Gastroenterologie, Hematologie, Cardiologie, Chirurgie maxilo-facială, Chirurgie plastică și microchirurgie, Neurologie, Endocrinologie, ORL, Oftalmologie, Psihiatrie, Chirurgie generală, Urologie, Ortopedie și traumatologie, Boli infecțioase, Pneumologie, Reumatologie, Nefrologie, Medicina muncii, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie,



Dermatovenerologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Medicină sportivă, Săli de tratament

Servicii: de anatomie patologică, histopatologie, citologie, prosectură, de medicină legală, de prevenire și combatere a infecțiilor nozocomiale, laborator clinic de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, laborator explorări funcționale, farmacie, bloc operator.

Centrul de Sănătate mintală (CSM).

Dispensar TBC.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are în vedere derularea prezentei proceduri de achiziționarea de reactivi în calitate de achizitor eligibil, pentru ATI1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Furnizarea reactivilor aferenți lotului, se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare pentru achizitori eligibili ce se va încheia cu câștigătorii procedurii.

2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Domeniul/sectorul de activitate al autorității contractante: Sanatate.

2.6 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Prezenta achiziție publică are la baza referatul de necesitate întocmit în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din care reiese faptul că reactivii ce se doresc a fi achiziționați sunt necesari desfășurării în condiții optime a activității medicale curente la nivelul secției ATI1, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are în vedere prin derularea prezentei proceduri, achiziționarea de reactivi în calitate de achizitor eligibil, pentru secția ATI1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMANIA - 310027 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY. NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200) (+0040 357 220 000) FAX: (+0040 357 407 211)



3.Descrierea produselor solicitate

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie **achiziționarea de reactivi- 2 loturi**, produse clasificate conform CPV:33696500-0-- reactivi in calitate de achizitor eligibil.

3.1. ACHIZITORI

Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, pentru secțiile și compartimentele din cadrul acestuia.

3.2. Produse Solicitate:

LOTUL 1 Reactivi determinari gaze,electroliti si metaboliti in sange

Nr. crt	Descriere produs	U/M	Cant/ 4 luni	Pret estimat iv /buc fara TVA	Cod CPV
1.	Pachet determinari gaze,electroliti si metaboliti in sange compatibil sau echivalent cu analizorul Cobas b123	Buc	11200	21	33696500-0

LOTUL 2 Teste rapide pentru determinarea cantitativa a procalcitoninei (PCT) din sange integral, ser sau plasma

Nr.crt	Descriere produs	U/M Buc	Cant/4 luni	Pret estimati v /buc fara TVA	Cod CPV
	Teste rapide pentru determinarea cantitativa a procalcitoninei (PCT) din sange integral, ser sau plasma	Buc.	1500	38	



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310027 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+36040 357 407 200; (+36040 357 220 000; FAX: (+36040 357 407 211



BENEFICIAR : SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD- SECTIA ATI 1

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE :

Furnizarea de reactivi in vederea determinarii ionogramei si gazelor sanguine si a procalcitonine.

Instruirea personalului autoritatii contractante, in vederea folosirii acestora in limita de garantie.

TERMEN DE LIVRARE AL PRODUSULUI : 72 ore de la data incheierii contractului. Expedierea se face pe cheltuiala furnizorului, cu suportarea de catre acesta a cheltuielilor de transport.

RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA : se face de catre autoritatea contractanta, in prezenta unei comisii de receptie si al unui delegat imputernicit de ofertant. Produsul va fi insotit, la destinatie, de urmatoarele documente: factura fiscala, aviz de expeditie, certificate de calitate si garantie, declaratie de conformitate, inventarul produsul livrat, instructiuni de utilizare si exploatare. Daca produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsul, iar ofertantul are obligatia de a inlocui produsul refuzat.

SPECIFICATIILE, CARACTERISTICILE TEHNICE- mentionate in tabelul de mai jos reprezinta cerintele minimale. Ofertele care nu vor intruni cerintele minime vor fi respinse fiind considerate neconforme. Ofertele care nu se incadreaza strict in descrierea si conditiile impuse in prezentul Caiet de sarcini vor fi luate in considerare numai in situatia in care oferta presupune un nivel calitativ superior din punct de vedere al specificatiilor sau caracteristicilor tehnice mentionate in caietul de sarcini.

NOTA : specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa de productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea, cu usurinta, a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de "sau echivalent".



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR. 2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Ofertantul are obligatia de a completa in Specificatiile Tehnice prezentate mai jos(coloanele 2,3, si 4), argumentarea, prin trimiterea la pagina din documentatia tehnica prezentata, pentru justificarea indeplinirii cerintelor solicitate.

Specificatii tehnice: lotul 1

Specificatie tehnica	DA	NU	Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)
- Sa determine din aceeași proba următorii parametri: pH, pO ₂ , pCO ₂ , Na, K, Ca, Cl, Hct, glucoza, lactat, bilirubina, tHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, MetHb, sO ₂			
-Sa poata sa calculeze : H ⁺ , cHCO ₃ ⁻ , ctCO ₂ (P), FO ₂ Hb, BE, BEecf, BB, SO ₂ (I), P50, ctO ₂ , ctCO ₂ (B), pHst, cHCO ₃ -st, -PAO ₂ , AaDO ₂ , a/AO ₂ , avDO ₂ , RI, Shunt, nCa ²⁺ , AG, pHt, H ⁺ t, PCO ₂ t, PO ₂ t, PAO ₂ t, AaDO ₂ t, a/AO ₂ t, Rit, Hct(c), MCHC, BO ₂ , BEact, Osmolaritate, OER, Heart minute volume (Qt), P/F index, Clearance lactat			
- Timpul de obtinere al rezultatelor sa fie de maxim 2 min, afisarea rezultatelor in diverse unitati de masura in functie de parametru (mmol, mg/dl, etc.)			
- Sa permita lucrul cu diverse tipuri de proba: sange integral venos, sange integral arterial, sange capilar, lichid dializa, solutii apoase, cu volum redus de proba intre 102 si 123 µl, si posibilitate de a lucra si micromode (intre 37 si 60 µl, 37-70yl))			
Sa necesite volum redus de proba, intre 102 si 123 µl, si posibilitate de a lucra si micromode (intre 40 si 70 µl)			



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 357 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



Controalele de calitate precum si monitorizarea intregului sistem (aparat si cartus) sa se efectueze automat si continuu. Calibrarea sa se faca automat: 1 punct de calibrare la fiecare 60 minute (programabil la 30 sau 60 minute); doua puncte de calibrare la fiecare 12 ore (programabil la 4, 8 sau 12 ore), calibrare completa la fiecare 24 ore.			
- Kitul reactivi compus din: 1. Un cartus compact de solutii compatibil cu analizorul de gaze sanguine cobas b123 (sa contina reactivii pentru determinarea parametrilor mentionati, solutii de calibrare, solutii de spalare, compartiment depozitare deseuri). Sistem analitic inchis, toate componentele sa se afle in interiorul cartusului, evitandu-se astfel inlocuirea membranelor, electrozilor, valvelor, tubulaturii, solutiilor de calibrare/spalare, cilindrilor de gaz. Pachetul de reactivi sa includa: solutii de sistem, solutii de calibrare, recipiente de reziduuri, cuvette de reactie, tubulatura Pachetul de reactivi sa aiba cip de transmitere a datelor (numar de lot, data instalarii si expirarii, numarul de teste, concentratia solutiilor de calibrare, etc.) catre si de la instrument Cartusul sa contina reactivi pentru minim 700 de teste Stabilitatea cartusului in timpul operarii sa fie de minim 42 de zile sau numarul maxim de teste. Sa aiba 2 porturi separate pentru a permite lucrul cu sisteme de recoltare de diverse calibre Depozitarea sa fie la temperatura camerei. 2. Doi senzori			



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310027 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 257 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



	Acestia sa aiba cip de transmitere a datelor (numar de lot, data instalării si expirării, numărul de teste) catre si de la instrument. Sa aiba senzor de interferenta pentru glucoza si lactat pentru evitarea rezultatelor eronate Depozitarea sa fie intre 2 si 8°C 3. O rola hartie termosensibila 4. Consumabile de recoltare: Vacutainere cu Li Heparinat, in conformitate cu numărul de teste solicitat.			
	Certificare: 1. Sa aiba certificare CE - Directiva 98/79/EC 2. Certificat ISO de la producator. 3. Certificat ISO de la ofertant. 4. Declaratie din partea ofertantului ca toate consumabilele (hartie termosensibila, vacutainere cu Li Heparinat) vor fi livrate gratuit in functie de numărul de teste.			
	Servicii asociate incluse:			
	- Transportul pana la sediul beneficiarului			
	- Instalarea si punerea in functiune la sediul beneficiarului de catre departamentul service al reprezentantului autorizat al producatorului			
	- Scolarizarea personalului medical si tehnic			

Specificatii tehnice: lotul 2 Teste rapide pentru determinarea cantitativa a procalcitoninei (PCT) din sange integral, ser sau plasma



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL: (+)0040 357 407 200; (+)0040 357 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



Nr.	Solicitare	Da	Nu	Obs
1	Teste ambalate individual pentru determinari rapide Cutie * 25 teste			
2	Valabilitate testelor sa fie de minim 2 ani de la data productiei			
3	Testele sa fie prevazute cu un cod de bare pentru identificarea tipului de test, a lotului si a datei de expir			
4	Pe ambalajul testelor sa fie inscriptionate minim urmatoarele informatii: data de expir, lotul si tipul testului.			
5	Testele trebuie sa aiba inscriptionate indicatii pentru introducerea corecta in analizor			
6	Testele sa fie prevazute cu o fanta pentru a permite citirea si vizualizarea reactivului.			
PCT	Test rapid pentru determinarea cantitativa a procalcitoninei (PCT) din sange integral, ser sau plasma			
PCT	Volumul de proba necesar pentru masurarea PCT din sange integral sa nu fie mai mare de 75μL			
PCT	Volumul de proba necesar pentru masurarea PCT din ser sau plasma sa nu fie mai mare de 50μL			
PCT	Timpul de testare pentru proba PCT sa nu fie mai mare de 15 min			
PCT	Testele sa poata fi depozitate la temperatura camerei 4-30 C			
Documente necesare producator				
Declaratie de conformitate CE.				
Certificat ISO 13485:2003 de la producator.				
Documente necesare furnizor:				



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMANIA - 310027 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-A
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Declarație din partea ofertantului că serviciul, precum și piesele de schimb, sunt gratuite pe toată durata de derulare a contractului de furnizare reactivi. Serviciul va fi asigurat 24 ore din 24, 7 zile din 7, cu un timp de intervenție de max. 12 ore din momentul solicitării până la intervenția propriu-zisă.			
Declarație de conformitate CE pentru vacuetele EDTA, de la producător.			
Certificat ISO 9001:2008 de la furnizor.			
Certificat ISO 14001:2005 de la furnizor.			
Certificat ISO 18001:2008 de la furnizor.			
Certificat ISO 13485:2012 de la furnizor.			
Furnizorul să facă dovada instruirii de către firma producătoare a cel puțin 1 angajat al firmei distribuitoare pentru suport tehnic-profesional, instruire efectuată la sediul producătorului.			

3.3. Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției cantitative și calitative sau în cazul amânării din cauze care nu tin de Contractant, la un interval de [ex 12 luni] de la acceptarea produselor. Termenul de valabilitate se compune din formularea clară a zilei, lunii și a anului.

Data este precedată de mențiunea clară << expira la data de >>

Se vor indica după caz condițiile de păstrare și conservare.

Toate produsele trebuie să permită identificarea lotului de fabricație din care fac parte, și codul unic de identificare înregistrat în SNVM, conform Regulamentului UE 2016/61.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părților defecte;



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- instalarea în starea inițială ;
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, notiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de specificațiile tehnice SAU cerințe funcționale din caietul de sarcini.

3.3.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii, etc.) vor fi preluate de către viitorul contractant după instalarea și testarea echipamentelor cu excepția acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate în vederea acordării garanției.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația/Adresa de livrare este: Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Municipiul ARAD, Str. Andrenyi Karoly, Nr. 2-4, CP 310037, Jud. ARAD, România.



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

ROMANIA 210037 - ARAD - STR. ARDENYI KAROLY, NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele vor fi livrate către Autoritatea contractantă la magazia spitalului, la adresa menționată în comanda firmă transmisă de către achizitor către furnizor. Recepția cantitativă, calitativă și valorică se va face în magazia spitalului, în zona de recepție, în prezența delegatului distribuitorului. Livrarea se va face în timpul programului de lucru, respectiv de luni până vineri între orele 8-15. Factura care însoțește produsele trebuie să corespundă cu comanda, cantitativ și valoric.

4. Recepția produselor

Recepția produselor se va face la sediul autorității contractante, respectiv în magazia Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, la punctele de lucru situate în: Str Ardenyi Karoly nr 2-
Recepția produselor se va efectua în zona de recepție a magaziei, în prezența delegatului furnizorului, pe baza facturii și avizului de expedite de Autoritatea contractantă.

Produsul va fi însoțit, la destinație, de următoarele documente: factura fiscală, aviz de expedite, certificate de calitate, declarație de conformitate. Dacă produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsul, iar ofertantul are obligația de a înlocui produsul refuzat.

În cazul în care se constată neconcordanța între documente și produse, sau produsele sunt deteriorate, sau nu corespund specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, care sunt anexa la caiet, produsele din lotul respectiv va fi respins întocmindu-se un proces verbal de neconformitate.

Procesul verbal de neconformitate se va întocmi în două exemplare, una pe fiecare parte și va conține specific și detaliat motivul neconformității și respingeri

4.1. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea Contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉENYI KÁROLY, NR. 4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



documente justificative emise în limba română, prevazute mai jos:

1. certificatul de calitate si garantie;
2. declaratia de conformitate;
3. avizul de expeditie a produsului;
4. procesul verbal de receptie cantitativa/factura fiscala cu receptie ;

Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.

Termenul de plată este de maxim 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul Autorității contractante în condițiile stabilite mai sus.

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, și sunt necesare revizui, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 60 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.

5. VALOAREA SI DURATA CONTRACTULUI

5.1. Valoarea contractului

Potrivit prevederilor art. 9, alin. (1) si art. 12 din Legea nr. 98/2016, s-a apreciat o valoare estimata a unor potientiale proceduri de acorduri-cadru (aferente lotului) avand ca obiect achizitionarea reactivilor de laborator in valoare de 292200 lei, fara TVA.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 210027 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR. 2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



5.2. Durata contractului

Acordul-cadru vizează furnizarea timp de 4 de luni, cu posibilitatea rezilierii contractului dacă acesta nu mai este valabil raportat la necesitățile concrete ale autorității contractante, identificate la momentul semnării contractelor subsecvente acordului cadru. Produsele fac obiectul prezentei proceduri, respectiv reactivi și consumabile de laborator (2 loturi).

Cu aplicarea prevederilor art. 114-119 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice autoritatea contractantă a decis să aplice acordul cadru ca instrument specific de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Mentionăm faptul că a fost aleasă modalitatea specială de atribuire (acordul cadru) în condițiile în care reprezintă cea mai potrivită modalitate pentru asigurarea acestor tipuri de produse. Totodată, atribuirea acordului cadru pe o perioadă de 4 de luni, cu posibilitatea rezilierii dacă acesta nu mai este valabil, asigură pentru o perioadă mai mare necesarul de reactivi și consumabile de laborator al spitalului. Se elimină astfel perioadele îndelungate de demarare/evaluare/atribuire a unor noi contracte.

În baza acordului cadru atribuit/parafat aferent lotului se vor atribui furnizorului contracte subsecvente în condiții și cuprinzând clauze care nu vor putea aduce modificări substanțiale termenilor și condițiilor stabilite inițial prin acordul-cadru respectiv.

Cu aplicarea prevederilor art. 118, alin. 1, lit. a din Legea nr. 98/2016 acordul-cadru se va executa fără Reluarea competiției, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cuprinsul său.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad va atribui contractele de achiziție publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru. Primul contract subsecvent se va semna la data atribuirii acordului cadru, urmând ca al doilea contract subsecvent să fie semnat în funcție de necesitatea identificată la nivelul autorității contractante.

În cazul în care apar situații neprevăzute și este necesară achiziționarea unor cantități suplimentare de produse, ce presupun încheierea a mai mult de un contract subsecvent pe an, această modificare poate fi operată numai în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

6. MODIFICAREA PREȚULUI SAU A CONDIȚIILOR DE DERULARE



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉENYI KÁROLY, NR. 2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



Orice modificare de pret sau a conditiilor de derulare a contractului se face pe baza de act aditional, in conditiile legii fiind aplicabile conditiile de ajustare din Fisa de date a achizitiei.

7. DERULAREA CONTRACTULUI

Furnizarea reactivilor se va face in conformitate cu prevederile contractului de furnizare pentru achizitori eligibili ce se va incheia cu castigatorii procedurii.

8. PREZENTAREA OFERTEI

8.1. Prezentarea propunerii financiare

Elementul principal, al propunerii de preturi Anexa nr. 2 (cu cuprinderea in acesta a produselor ofertate, pentru loturile pentru care se depune oferta, din care sa reiasa pretul unitar pentru /produs/UM specificata in Caietul de sarcini. Este obligatorie ofertarea cu 2 zecimale/UM.

Propunerea financiara va fi exprimata în lei, fara TVA.

Se va depune oferta financiara la cantitatea maxima a acordului cadru fara TVA, pe fiecare lot in parte.

Se va completa formularul aferent (Formular nr. 2 din sectiunea Formulare impreuna si Anexa nr. 2 - Centralizatorul de preturi aferent lotului ofertat).

A se vedea sectiunea Caiet de sarcini. Evaluarea ofertelor se va face in Lei, fara TVA/LOT ofertat cu aplicarea criteriului de atribuire numai pentru ofertele declarate admisibile.

NOTA: Pentru documentele incluse in oferta, acolo unde se constata de catre comisia de evaluare anumite neclaritati si diferente intre valorile scrise in litere si cele scrise in cifre, comisia va solicita in scris lamuriri suplimentare, ofertantul avand obligatia de a raspunde in termenul-limita prevazut, in caz contrar oferta va fi inacceptabila in conformitate cu art. 137 din H.G. 395/2016.

Nu se accepta oferte parțiale sau alternative. Oferta care nu va contine, anexat, Formularul nr. 2 – Formular de oferta si Anexa nr. 2 - Centralizatorul de preturi, va fi declarata inacceptabila.

Furnizorul va avea obligatia de a asigura in pretul ofertat transportul produselor comandate de catre achizitor, la sediul acestuia (in conditii Franco-beneficiar). Prezentarea, in propunerea financiara, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, in conformitate cu art. 137, alin. 2, lit e) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR. 4
TEL: (+3640 357 407 200; (+3640 357 220 000; FAX: (+3640 357 407 211



Un pret ofertat încadrat în situațiile prevăzute de art. 210 din Legea nr. 98/2016, va fi considerat drept neobișnuit de scăzut, operatorului economic/ofertantului revenindu-i în acest caz obligația, la solicitarea autorității contractante, prezentării de documente justificative necesare în vederea fundamentării pretului astfel ofertat. În cazul neindeplinirii corespunzătoare a acestei obligații, oferta va fi respinsă ca inacceptabilă în conformitate cu art. 137, alin. 2, lit. g din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Pentru ofertele exprimate în altă monedă, echivalența va fi determinată la cursul valutar afișat de BNR la data invitației de participare

8.2. Prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va conține, un comentariu, articol cu articol, al specificațiilor tehnice conținute în Caietul de sarcini prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.

Operatorii economici vor elabora și prezenta propunerea tehnică astfel încât să permită comisiei de evaluare stabilirea conformității produselor oferite cu specificațiile din caietul de sarcini.

Specificațiile tehnice ale produselor vor fi susținute de prospecte sau alte documente echivalente din care să reiasă conformitatea produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

Se va depune de către ofertanți Anexa nr. 1 completată cu produsele oferite (întocmită în corespondență cu documentul similar pus la dispoziție de către autoritatea contractantă). Anexa nr. 1 va fi completată doar cu produsele oferite (în raport cu loturile pentru care se depune oferta) și cu precizarea termenului de livrare.

Propunerea tehnică va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

Prin depunerea ofertei se va considera că ofertantul a obținut toate informațiile considerate de el necesare în vederea elaborării ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența sau afecta furnizarea produselor achiziționate.

În vederea aplicării prevederilor cuprinse la art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă solicită operatorilor economici participanți să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



In acest sens se va prezenta Formularul nr. 1 privind condițiile de munca și protecția muncii cât și din domeniul mediului și social.

Cu privire la reglementările privind protecția muncii se pot obține informații de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Ofertanții sunt obligați să își însușească toată documentația de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertanții accepta în prealabil condițiile care guvernează viitorul contract, după cum sunt acestea prezentate în Documentația de atribuire. Ofertanții au obligația de a analiza cu grijă Documentația de atribuire și să elaboreze oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale. Ofertanții trebuie să transmită o ofertă completă pentru toate produsele ce fac obiectul acestei proceduri. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta cantități incomplete, se ofertează toată cantitatea de produse specificată pentru un lot.

Lipsa propunerii tehnice complete la data deschiderii ofertelor conduce la declararea neconformității ofertei depuse. Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenție cuvenită a Documentației de atribuire, inclusiv a oricărei modificări/completări (în limitele permise de legislația incidentă în materie) ale acesteia în timpul perioadei de depunere a ofertelor, precum și pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel de condiții și obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile sau natura ofertei sau executia contractului. Ofertanții își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie în vederea participării la procedura. Ofertele care nu satisfac cerințele tehnice cuprinse în documentația de atribuire sau cerințele minimale ale documentației tehnice sau ofertele care nu au fost depuse cu însușirea în tot și întocmai a cerințelor din prezenta Fisa de date vor fi declarate neconforme.

Mențiuni:

La data depunerii ofertei se va considera că ofertantul a obținut toate informațiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența sau afecta oferta.

Se considera că ofertantul este satisfăcut și considera că valoarea de contract ofertată este corectă și suficientă și este fundamentată ca datele, interpretările, informațiile necesare și deplină înțelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire mai sus.

Intocmit,

Medic primar ATI 1, șef secție
Dr. Nicolescu Cristian

DR. NICULESCU CRISTIAN
MEDIC PRIMAR ATI 1
ȘEF SECȚIE

