



Nr. 16660/14.05.2026

Aprobat,
Manager
Ec. Ionescu Florina

CAIETUL DE SARCINI

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificațiile tehnice reprezintă un ansamblu de cerințe emis de către autoritatea contractantă și pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului acordului cadru.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standard, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici; acestea vor fi întotdeauna însoțite de mențiunea "sau echivalent".

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică o situație tabelară unde va detalia punct cu punct solicitările autorității contractante din cadrul caietului de sarcini: forma de prezentare, parametrii, caracteristici, autorizații, respectând nr. lotului.

Se vor oferta produse care nu au discontinuități pe piață.

Fisele tehnice aferente produsului care urmează a fi furnizat, depuse de ofertant, trebuie să fie traduse în limba română și încărcate în ordinea cerințelor din caietul de sarcini. Ofertantul care nu introduce propunerea tehnică în sistem, nu poate fi analizat din punct de vedere tehnic și va fi exclus.

Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii ofertei. Specificatiile tehnice care indica un anumit producator, o anumita origine sau anumit procedeu ori se refera la o productie specifica sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicilor produsului ce urmeaza a fi livrat, nefiind posibila o descriere suficient de precisa a caracteristicilor acestuia si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.

Ofertantul va prezenta o recomandare din partea institutiilor privind experienta similara dovedita prin contracte finalizate, procese verbale sau documente constatatoare.

● Contextul realizării acestei achiziții de produse

Prezenta achiziție publică are la baza referatul de necesitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din care reiese necesitatea achiziționării consumabilelor medicale necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale din cadrul unității sanitare pentru o perioadă de 4 luni.

Furnizarea produselor se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare de produse.

Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritate contractantă: **Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.**

Sediul social: Municipiul ARAD, Str. Andrenyi Karoly, Nr. 2 - 4, Cod poștal 310037, România.

Persoana de contact: Ec. Fișie Florin - Șef Serviciu Achiziții, Tel.: +40 257/220.000 interior 121/151, +40 357/407/200, Fax: +40 357/407.211, E-mail: scjuarad.bap.@gmail.com, scjaradsecretariat@yahoo.com.

Cod fiscal: 3519879

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a luat ființă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale și anume:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – înființat în anul 1981,
- Spitalul Clinic Municipal Arad – înființat în anul 1775,
- Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad care datează din anul 1919.

Spitalul se află sub managementul Consiliului Județean Arad.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad are în structura sa 64 de secții și compartimente.

Secții și compartimente clinice de: ATI, Boli Infecțioase Adulți, , BIA - A. Șaguna, Medicină internă, Endocrinologie, Hematologie, Gastroenterologie, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Cardiologie, Unitatea de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici (USTACC) , Recuperare medicală cardiologică, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, Chirurgie maxilo-facială, Neurochirurgie, Chirurgie toracică, Chirurgie și ortopedie infantilă, Ortopedie și traumatologie, Chirurgie artroscopică, Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Arși, Neurologie, Pediatrie, Neuropsihiatrie infantilă, Boli infecțioase copii și adulți, Compartiment HIV/SIDA, Psihiatrie, Reumatologie, Urologie, ORL, Oftalmologie, Oncologie medicală, Medicina muncii, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Recuperare neurologică, Dermatovenerologie, Nefrologie, Pneumologie, TBC, Obstetrică Ginecologie, Neonatologie, Prematuri, Îngrijiri paliative, Audiologie și foniatrie, Endoscopie digestivă.

Cabinete medicale:

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Oncologie medicală, Planificare familială, Medicină internă, Gastroenterologie, Hematologie, Cardiologie, Chirurgie maxilo-facială, Chirurgie plastică și microchirurgie, Neurologie, Endocrinologie, ORL, Oftalmologie, Psihiatrie, Chirurgie generală, Urologie, Ortopedie și traumatologie, Boli infecțioase, Pneumologie, Reumatologie, Nefrologie, Medicina muncii, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, Dermatovenerologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Medicină sportivă.

Servicii: de anatomie patologică, histopatologie, citologie, prosectură, de medicină legală, de prevenire și combatere a infecțiilor asociate actului medical, laborator clinic de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, laborator explorări funcționale, farmacie, bloc operator.

Centrul de Sănătate mintală (CSM).

Dispensar TBC.

2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are în vedere achiziționarea de consumabile medicale necesare pacienților, conform recomandărilor medicale, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Furnizarea consumabilelor medicale aferente a 2 loturi se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare semnat pus la dispoziție în cadrul prezentei procedurii.

Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Domeniul/sectorul de activitate al autorității contractante: Sănătate.

Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Prezenta achiziție publică are la bază referatul de necesitate întocmit în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din care reiese faptul că aceste consumabilele medicale, sunt necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale curente din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, pe o perioadă de 4 (patru) luni.

3. Descrierea produselor solicitate

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie **achiziționarea de consumabile medicale**.

3.1. Achizitor

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, pentru secțiile și compartimentele din cadrul acestuia.

3.2. Specificații tehnice ale produse Solicitate.

Cantitățile solicitate se regăsesc în anexa 1 la prezentul caietul de sarcini.

Caracteristici tehnice și documentația necesară a fi cuprinsă în propunerea tehnică aferente fiecărui lot sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

Specificatie tehnica	DA	NU	Trimiteri la documentatia tehnica (nr.pag. catalog/ brosură/ manual)
1. 1.1 Halate chirurgicale ranforsate sterile. • Halat chirurgical din material nețesut, ignifug, impermeabil la fluide, intarit in partea din fata si pe maneci. • Manșete elastice lungi și tricotate din poliester min. 8cm • Sa prezinte sistem de prindere tip banda cu scai (Velcro), pentru ajustarea halatului în jurul gâtului. • Guler colorat pentru identificarea rapida a nivelului de protectie. • Materialul halatului sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanta „Performanta inalta, zona critica”. • Zonele ranforsate sa fie repelente la alcool – minim clasa 9, NWSP 080.8 (2005) • Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate imbracaminte textila. • Material: ○ Nețesut: Polipropilenă-material nețesut (SMS), minim 35g/m² antistatic ○ Ranforsare: material laminat din pelicula netesuta PP-PE in partea din fata si pe brate, minim 40 g/m² ○ Manșete - 100% Poliester ○ Fir cusătură - 100% Poliester • Caracteristici material: ○ Rezistența la penetrare microbiană – maxim 6 IB ○ Purityte – microbiana – maxim 3 CFU/100cm² ○ Scămoșare – maxim 2,3 log10 ○ Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 100 cm H₂O ○ Rezistența la rupere – Uscat – minim 184 kPa (piept) si minim 229 kPa (maneci) ○ Rezistența la rupere – Umed – minim 219 kPa (piept) si minim 286 kPa (maneci) ○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 24 N, transversal minim 51,7 N ○ Rezistență la tracțiune maneci – umed - minim 67,5 N • Dimensiuni: ○ M - lungime: 115 cm, circumferinta: 130 cm (ranforsare 80 x 50 cm), lungime maneca: 75 cm (ranforsare 48 cm) ○ L - lungime: 125 cm, circumferinta: 145 cm (ranforsare 90 x 50 cm), lungime maneca: 81,5 cm (ranforsare 48 cm) ○ XL - lungime: 140 cm, circumferinta: 155 cm (ranforsare 105 x 50 cm), lungime maneca: 84 cm (ranforsare 48 cm)			

	○ XXL - lungime: 150cm, circumferinta: 169cm (ranforsare 105 x 50cm), lungime maneca: 88,5cm (ranforsare 48 cm) • Sa fie ambalat impreuna cu doua prosoape de hartie in ambalaj primar steril; sterilizare cu oxid de etilena. • Sa prezinte inscriptiionat pe ambalaj: codul produsului, valabilitatea, modul de sterilizare, marcaj CE in conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale, producatorul precum si o pictograma a produsului. • Sa prezinte etichete autoadezive detasabile, pentru urmarirea circuitului produsului. • Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Valabilitate: 5 ani			
	<u>1.2 Halate chirurgicale triplustratificate ignifuge</u> • Halat chirurgical extraranforsat din material neșesut ce trebuie sa fie repelent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre. • Sa aiba o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor. • Cu scămoșare redusă și rezistent la abraziune. • Cu suprapunere foarte lata la spate si cu ranforsare la piept si ranforsare completa la maneci. • Sa aiba masca integrata. • Cu manșete elastice lungi și tricotate. • Cu banda de siguranta combinata, “arici “ cu zone adezive, din polipropilena lipita, pentru reglarea la gat a halatului chirurgical, pe orice portiune din spatele gâtului. • Materialul halatului sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanta „Performanta inalta, zona critica”. • Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate imbracaminte textila • Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu • Material: ○ Neșesut: Polipropilenă-material neșesut (SMS), care sa respinga antistatic alcoolul > nivel 8 ○ Ranforsare: dublu strat laminat respirabil in zona frontala ranforsata si triplu strat laminat in zona ranforsata a manecii, repelent la alcool > nivel 9 - NWSP 080.8.R0 (20) ○ Manșete - 100% Poliester ○ Fir cusătură - 100% Poliester • Masca sa aiba dimensiunea de 28 x 23 cm si sa aiba siret de min 50 cm • Caracteristici in zona neranforsata: ○ Rezistența la penetrare microbiană – minim 4,2 I B ○ Puritate – microbiana – STERIL ○ Puritate – Particule în suspensie maxim 2,2 IPM ○ Scămoșare – maxim 2.2 log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 36 cm H₂O			

- Rezistența la rupere – Uscat – minim 162 kPa
- Rezistența la rupere – Umed – minim 160 kPa
- Rezistența la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 65 N, transversal minim 30 N
- Rezistența la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 67 N, transversal minim 35 N
- Caracteristici în zona cu ranforsare:
 - Rezistența la penetrare microbiană – minim 6 I B
 - Puritate – microbiana – STERIL
 - Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM
 - Scămoșare – maxim 2.2 log 10
 - Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H₂O
 - Rezistența la rupere – Uscat – minim 215 kPa (în zona manecii)/255 kPa (în zona pieptului)
 - Rezistența la rupere – Umed – minim 198 kPa (în zona manecii)/ 250 kPa (în zona pieptului)
 - Rezistența la tracțiune – uscat:
 - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (în zona manecii)
 - Longitudinal minim 115 N, transversal minim 93 (în zona pieptului)
 - Rezistența la tracțiune – umed:
 - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (în zona manecii)
 - Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (în zona pieptului)
- Dimensiuni: L și XL
 - L - lungime: 130 cm, circumferința: 160 cm (ranforsare 85 x 70cm), maneca: 77 cm (ranforsată integral)
 - XL - lungime: 150 cm, circumferința: 170 cm (ranforsare 105 x 70cm), maneca: 88 cm (ranforsată integral)
 - XXL - lungime: 155 cm, circumferința: 180 cm (ranforsare 105 x 70cm), maneca: 88 cm (ranforsată integral)
- Ambalat în material SMS împreună cu prosoape de hartie, sigilate individual în ambalaj primar steril, împachetat în pungi de polietilenă.
- Să prezinte inscripționat pe ambalaj: codul produsului, valabilitatea, modul de sterilizare, marcaj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale, producătorul precum și o pictogramă a produsului.
- Produsul să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril.
- Să respecte standardele referitoare la împachetare în 4 straturi EN ISO 11607 și EN 868 (ambalaj individual steril, ambalaj de raft, ambalaj de depozit, ambalaj de transport).
- Valabilitate: 5 ani

	<u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează să fie livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu MDR (Medical Device Regulation - Regulamentul privind dispozitivele medicale 2017/745) sau MDD (Medical Device Directive - Directiva privind dispozitivele medicale 93/42/CEE) însoțit de confirmarea de prelungire. - Certificate ISO 13485, ISO 14001 și ISO 9001 pentru ofertanți și producători. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Solicităm mostre în ambalaj original			
2.	Manusi chirurgicale sterile din latex nepudrate - Manusi din latex natural, nepudrate - Culoare: alb natural - Suprafața microrugată - Formă anatomică - sterilizare: radiații cu cel puțin 25 kGy - grosime (în perete simplu): la nivelul degetului: 0.21 mm, la nivelul palmei: 0.19 mm, manșetei: min. 0.15 mm - lungimea : min. 290 mm funcție de mărime conform EN 455-2 - forță la rupere: min. 18 N înainte de îmbătrânire, min. 15 N după îmbătrânire - nivelul de proteină: < 25 μg/g - AQL: 0.65 - fără tiuram și acceleratori mercaptobenzotiazoli - conforme cu Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale fiind clasificate în clasa II - conforme cu Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție categoria III. - să fie respectate standardele EN 455-1, EN 455-3, EN 21420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4 și EN 374-5, ASTM F1671: rezistența la penetrare virală (se va prezenta raport testare) - sterilizare cu raze Gamma - testate în laboratoare independente (nu se acceptă teste efectuate de producător) conform ASTM D 6978 - testate în laboratoare independente (nu se acceptă teste efectuate de producător) conform EN 16523-1 - de unică folosință în toate domeniile de chirurgie - să asigure o bună sensibilitate tactilă - ambalaj dublu, pe cel exterior să fie trecute: producătorul, sterilizarea, marca CE, data expirării și			

	marimea, iar pe ambalajul interior sa fie trecute marimea si este marcat stanga-dreapta - ambalate in cutii sub forma de dispenser, cu minim 50 de perechi - valabilitate: minim 3 ani			
	Ofertantul va prezenta: - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu MDR (Medical Device Regulation - Regulamentul privind dispozitivele medicale 2017/745) sau MDD (Medical Device Directive - Directiva privind dispozitivele medicale 93/42/CEE) însoțit de confirmarea de prelungire. - Certificate ISO 13485, ISO 14001 si ISO 9001 pentru ofertanti si producatori. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Solicităm mostre in ambalaj original			
3.	Botoșei de unică folosință. Botoșei simpli (Acoperitori pantofi / Botoșei / Protectori încălțăminte) cu elastic circular, de unică folosință, confectionați din polietilenă, rezistenți la trafic, grosime minimă 30 microni. Marcaj CE. Produsul va fi însoțit la livrare de declarație de conformitate CE. Ambalare și etichetare conform standardelor UE impuse de Ministerului Sănătății prin ANMDM.			
	Ofertantul va prezenta: - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu MDR (Medical Device Regulation - Regulamentul privind dispozitivele medicale 2017/745) sau MDD (Medical Device Directive - Directiva privind dispozitivele medicale 93/42/CEE) însoțit de confirmarea de prelungire. - Certificate ISO 13485, ISO 14001 si ISO 9001 pentru ofertanti si producatori. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Solicităm mostre in ambalaj original			

3.3. Garanție

Furnizorul are obligația de a livra produsele ce fac obiectul contractului cu termen de valabilitate de cel puțin 12 luni, de la data receptiei efectuate la destinația finală. Produsele cu termen mai scurt de valabilitate nu se vor livra decât cu acordul autorității contractante, în funcție de urgență.

Beneficiarul are dreptul de a notifica, în scris, furnizorului, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu termenul de valabilitate, în termen de maxim 5 zile de la data constatării lor. La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a înlocui produsul necorespunzător în maxim 15 zile, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze problema în perioada convenită, atunci va întocmi factura storno pentru produsul respectiv.

3.4 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de **maxim 5 zile de la data transmiterii comenzii** ferme de către achizitor către furnizor. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă prin semnarea facturii și a noului aferent.

Produsele vor fi livrate către Autoritatea contractantă la magazia spitalului, la adresa menționată în comanda fermă transmisă de către achizitor către furnizor. Recepția cantitativă, calitativă și valorică se va face în magazia spitalului, în zona de recepție, în prezența delegatului distribuitorului. Livrarea se va face în timpul programului de lucru, respectiv de luni până vineri între orele 8-15. Factura care însoțește produsele trebuie să corespundă cu comanda, cantitativ și valoric. Pretul produselor trebuie să fie cel din comanda/contract. Produsele livrate sunt cele oferite în propunerea tehnică.

Furnizorul va livra produsele în ambalajele originale sau în recipiente, cutii închise ce se vor deschide la livrare, astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, stării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a avut în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Livrarea produselor va fi însoțită de :- Factura fiscală/Aviz de expediție
- declarație de conformitate emisă de producător sau comerciant sau importator pentru lotul de produse livrat și/sau certificat de garanție din care să rezulte data de expirare a valabilității produsului / certificat de calitate

Nu vor fi admise produse care nu corespund calitativ și cantitativ potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care distribuitorul nu onorează două comenzi consecutive se va cere rezilierea contractului respectiv.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

În condițiile arătate la 4.1. promitentul-achizitor are în vedere posibilitatea achiziționării unor cantități suplimentare în contextul unor contracte de furnizare în condițiile art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

Promitentul-achizitor va achiziționa cantitatea considerată necesară pe parcursul contractului, promitentul achizitor nefiind obligat la achiziționarea cantității maxime. Cantitatea ce se preconizează a fi achiziționată pe parcursul contractului este în funcție de necesitățile spitalului, de finalizarea unei proceduri de licitație care are ca obiect aceleași produse ca și în prezenta procedură și de existența fondurilor alocate cu această destinație.

4. Recepția produselor

Recepția produselor se va face la sediul autorității contractante în termen de 48 ore de la livrare, respectiv în magazia Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, la punctele de lucru situate în: Str. Ardeni Karoly nr 2-4.

Recepția produselor se va efectua în zona de recepție a magaziei, în prezența delegatului furnizorului, pe baza facturii și avizului de expediție de Autoritatea contractantă.

Produsul va fi însoțit, la destinație, de următoarele documente: factura fiscală, aviz de expediție, certificate de calitate, declarație de conformitate. Dacă produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsul, iar ofertantul are obligația de a înlocui produsul refuzat.

În cazul în care se constată neconcordanța între documente și produse, sau produsele sunt deteriorate, sau nu corespund specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, care sunt anexa la caiet, produsele din lotul respectiv va fi respins întocmindu-se un proces verbal de neconformitate.

Procesul verbal de neconformitate se va întocmi în două exemplare, una pe fiecare parte și va conține specific și detaliat motivul neconformității și respingerii.

4.1. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea Contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii emise de către Contractant.

Termenul de plată este de 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul Autorității contractante și de la recepția fizică a produselor, în condițiile stabilite mai sus.

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare și în conformitate cu acordul cadru/Contractul subsecvent semnat.

4.2. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenele prevăzute la cap.3.3. din prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica si a caietului de sarcini si să mențină valabile toate documentele solicitate în specificațiile tehnice. Produsele ce urmeaza sa fie livrate in cadrul prezentei proceduri vor fi obligatoriu fabricate de catre producatorul mentionat in declaratia de producator depusa in cadrul ofertei.

Furnizorul se obliga sa despagubeasca autoritatea contractanta impotriva oricaror:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele achiziționate,
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din solicitarea ofertei întocmite de către entitatea contractanta

Autoritatea contractanta se obligă să recepționeze produsele achiziționate.

Autoritatea contractanta poate notifica operatorul economic cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii produselor. Solicitarea de respingere/revizuire va fi motivata cu comentarii și rezoluții scrise.

Autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsele ale caror specificatii tehnice nu corespund, iar furnizorul are obligatia de a inlocui produsele refuzate, fara a modifica pretul stabilit prin contract. La primirea unei astfel de solicitari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in termen de 48 de ore.

Perioada convenita în care autoritatea contractanta se obligă să plătească prețul produselor către furnizor este de 60 de zile de la înregistrarea facturii, în original, la sediul autorității contractante.

În cazul în care contractantul nu își onorează obligațiile, atunci va datora entității contractante penalități conform contractului însoșit.

În cazul în care autoritatea contractanta nu își onorează obligațiile de plata, atunci va datora contractantului penalități conform contractului însoșit.

Nerespectarea obligațiilor asumate de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

5. Durata acordului cadru

Contractul încheiat va fi valabil 4 (patru) luni de la emitere sau pana la finalizarea unei proceduri de licitatie avand ca obiect aceleasi produse ca și în prezenta procedura, respectiv pana la epuizarea cantitatilor contractate.

Autoritatea contractanta nu se obliga la comandarea cantitatilor maxime indicate, comenzile efectuându-se în functie de necesitate.

6. Prezentarea propunerii tehnice

Operatorii economici vor elabora și prezenta propunerea tehnică astfel încât să permită comisiei de evaluare stabilirea conformității produselor oferite cu specificațiile din Caietul de sarcini. Toate documentele depuse **vor fi redactate în limba română sau în traducere legalizată în limba română** dacă documentele depuse în original sau în copie, sunt redactate în altă limbă.

Documentele depuse în copie se vor certifica **"Conform cu originalul"** de către ofertant, prin **semnătura și ștampila ofertantului**.

În acest sens ofertanții vor prezenta alături de oferta financiară pentru materiale următoarele documente:

- certificate și avize permanente, valide și valabile ale ofertantului/furnizorului, pentru activitate comercială și/sau de producție în domeniul în care este legal încadrat produsul/serviciul sau activitatea de producție (dacă este producător);
- declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă;
- Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare asumarea transportului și a costurilor asociate.

În vederea aplicării prevederilor cuprinse la art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă solicită operatorilor economici participanți să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

În acest sens se va prezenta Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice , cu completările și modificările ulterioare;
- HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului /acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestărilor, cu completările și modificările ulterioare;

8. Managementul /gestionarea contractului și activității de raportare în cadrul contractului

În acest capitol sunt introduse informații despre modalitatea în care se asigură managementul contractului de furnizare. Managementul include o componentă de management și o componentă administrativă, având ca date de intrare:

- a) contractul de furnizare încheiat;
- b) comenzile aferente contractului;
- c) comunicările între Contractant și Autoritatea contractantă;
- d) comunicările între Contractant și terții susținători (dacă este cazul).

Responsabilitățile cu caracter administrativ ce revin autorității contractante pe perioada derulării contractului sunt următoarele:

- Numirea unui responsabil de contract, care să asigure atât relația cu contractantul cât și supervizarea modului de administrare a contractului,
- Obținerea tuturor documentelor suport pentru efectuarea plăților, așa cum sunt aceste documente prezentate în contract și reglementate în legislație,

- Monitorizarea modului de derulare a contractului (planificat – realizat) și urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale,
- Obținerea vizelor de control financiar preventiv intern și control financiar preventiv delegat pe „ordonanțele de plată”, inclusiv evidențierea stadiului angajamentului legal,
- Organizarea recepției la livrare,
- Obținerea documentelor necesare finalizării contractului, așa cum sunt acestea stabilite prin contract,

**Avizat ,
Director Medical
Dr. Hreniuc Catalin**



**Întocmit,
Director îngrijiri
As. Otilia Popa**



Anexa la caietul de sarcini nr. _____

Nr. LOT	Denumire / Descriere	U.M.	P.U. Estimat fara TVA	Acord cadru - estimat pe 4 luni			
				Cantități estimate AC		Val.estimă Lei fără TVA	
				Min.	Max.	Min.	Max.
1	Halate chirurgicale ranforsate sterile	buc.	12,00	6.000,00	24.000,00	72.000,00	288.000,00
	Halate chirurgicale triplustratificate ignifuge	buc.	25,00	15,00	60,00	375,00	1.500,00
2	Manusi chirurgicale sterile din latex nepudrate	pereche	1,50	15.000,00	60.000,00	22.500,00	90.000,00
3	Botoșei de unică folosință	buc.	0,07	40.000,00	160.000,00	2.800,00	11.200,00
				TOTAL VAL FARA TVA		390.700,00	

Avizat ,
Director Medical
Dr. Hreniuc Catalin



Întocmit,
Director Îngrijiri
As. Otilia Popa

