



Nr. 8162 / 02.03 .2022



CAIETUL DE SARCINI

• Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificațiile tehnice reprezintă un ansamblu de cerințe emis de către autoritatea contractantă și pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului acordului cadru.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standard, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici; acestea vor fi întotdeauna însoțite de mențiunea "sau echivalent".

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică o situație tabelară unde va detalia punct cu punct solicitările autorității contractante din cadrul caietului de sarcini: forma de prezentare, parametrii, caracteristici, autorizații, respectând nr. lotului.

Se vor oferta produse care nu au discontinuități pe piață.

Fisele tehnice aferente produsului care urmează a fi furnizat, depuse de ofertant, trebuie să fie traduse în limba română și încărcate în ordinea cerințelor din caietul de sarcini. Ofertantul care nu introduce propunerea tehnică în sistem, nu poate fi analizat din punct de vedere tehnic și va fi exclus.

Toate certificatele și autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii ofertei. Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau anumit procedeu ori se referă la o producție specifică sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produsului ce urmează a fi livrat, nefiind posibilă o descriere suficient de precisă a caracteristicilor acestuia și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.

Ofertantul va prezenta o recomandare din partea instituțiilor privind experiența similară dovedită prin contracte finalizate, procese verbale sau documente constatatoare.

• **Contextul realizării acestei achiziții de produse**

Prezenta achiziție publică are la bază referatul de necesitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din care reiese necesitatea achiziționării consumabilelor medicale necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale din cadrul unității sanitare pentru o perioadă de 4 luni.

Furnizarea produselor se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare de produse.

.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritate contractantă: **Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.**

Sediul social: Municipiul ARAD, Str. Andrenyi Karoly, Nr. 2 - 4, Cod poștal 310037, România.

Persoana de contact: Ec. Anita RISTA - Șef Serviciu Achiziții, Tel.: +40 257/220.000 interior 121/151, +40 357/407/200, Fax: +40 357/407.211, E-mail: scjuarad.bap.@gmail.com, scjaradsecretariat@yahoo.com.

Cod fiscal: 3519879

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a luat ființă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale și anume:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – înființat în anul 1981,
- Spitalul Clinic Municipal Arad – înființat în anul 1775,
- Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad care datează din anul 1919.

Spitalul se află sub managementul Consiliului Județean Arad.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad are în structura sa 64 de secții și compartimente.

Secții și compartimente clinice de: ATI, Boli Infecțioase Adulți, , BIA - A. Șaguna, Medicină internă, Endocrinologie, Hematologie, Gastroenterologie, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Cardiologie, Unitatea de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici (USTACC) , Recuperare medicală cardiacă, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, Chirurgie maxilo-facială, Neurochirurgie, Chirurgie toracică, Chirurgie și ortopedie infantilă, Ortopedie și traumatologie, Chirurgie artroscopică, Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Arși, Neurologie, Pediatrie, Neuropsihiatrie infantilă, Boli infecțioase copii și adulți, Compartiment HIV/SIDA, Psihiatrie, Reumatologie, Urologie, ORL, Oftalmologie, Oncologie medicală, Medicina muncii, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Recuperare neurologică, Dermatovenerologie,

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

Nefrologie, Pneumologie, TBC, Obstetrică Ginecologie, Neonatologie, Prematuri, Îngrijiri paliative, Audiologie și foniatrie, Endoscopie digestivă.

Cabinete medicale:

Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Oncologie medicală, Planificare familială, Medicină internă, Gastroenterologie, Hematologie, Cardiologie, Chirurgie maxilo-facială, Chirurgie plastică și microchirurgie, Neurologie, Endocrinologie, ORL, Oftalmologie, Psihiatrie, Chirurgie generală, Urologie, Ortopedie și traumatologie, Boli infecțioase, Pneumologie, Reumatologie, Nefrologie, Medicina muncii, Obstetrică-ginecologie, Neonatologie, Dermatovenerologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Medicină sportivă.

Servicii: de anatomie patologică, histopatologie, citologie, prosectură, de medicină legală, de prevenire și combatere a infecțiilor asociate actului medical, laborator clinic de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, laborator explorări funcționale, farmacie, bloc operator.

Centrul de Sănătate mintală (CSM).

Dispensar TBC.

.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Potrivit Caietului de sarcini elaborat se are în vedere achiziționarea de consumabile medicale necesare pacienților, conform recomandărilor medicale, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Furnizarea consumabilelor medicale aferente celor 21 loturi se va face în conformitate cu prevederile contractului de furnizare semnat pus la dispoziție în cadrul prezentei procedurii.

.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Domeniul/sectorul de activitate al autorității contractante: Sănătate.

.6 Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Prezenta achiziție publică are la bază referatul de necesitate întocmit în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad din care reiese faptul că aceste consumabilele medicale, sunt necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale curente din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, pe o perioadă de 4 (patru) luni.

• **Descrierea produselor solicitate**

Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie **achiziționarea de consumabile medicale**.

3.1. ACHIZITOR

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, pentru secțiile și compartimentele din cadrul acestuia.

3.2. Specificatii tehnice ale produse Solicitate.

Cantitățile solicitate se regăsesc în anexa 1 la prezentul caietul de sarcini.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

Caracteristici tehnice și documentația necesară a fi cuprinsă în propunerea tehnică aferente fiecărui lot sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Specificație tehnică	DA	NU	Trimiteri la documentația tehnică (nr.pag. catalog/brosura/manual)
1 <u>Pulsoximetru înaltă precizie pentru deget, portabil</u> Ecran mare HD cu carcasa de silicon moale ce oferă măsurare clară. Senzor îmbunătățit și un LED ce permite măsurarea SpO2 și frecvenței pulsului. Funcția de alarmă pentru observarea modificărilor SpO2 și pulsului. Potrivit pentru toate vârstele - Camera degetului prevăzută cu un sistem de arc inteligent ajustabil. Prevăzută cu indicator baterie redus. Acuratețe SpO2 70 % - 100 % ± 2 %. Acuratețe puls: 30 bpm - 99 bpm ± 2 bpm; 100 bpm – 250 bpm ± 2 % Utilizare: adult și pediatric. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - ISO 13485 al producătorului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
2 <u>Tavita renală, unică folosință, din celuloză macerabilă</u> Tavita renală fabricată din celuloză macerabilă 100%. Impermeabilitate mai mare de 24 ore pentru apă, sânge, urină, suc gastric. Usor de manevrat, recipientul să fie modelat astfel încât să poată fi plasat ușor lângă corpul pacientului, frecvent la înălțimea pieptului. Tavita renală ideală și pentru colectarea bandajelor imbibate și a deșeurilor medicale. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă;			

	- Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
3	<u>Punga recoltare urină copii</u> Punga urina pediatrica potrivita atat pentru baieti cat si pentru fete, sa fie prevazuta cu banda adeziva pentru fixare. Punga sterila de plastic gradata, cu supapa de evacuare si cu valva antireflux. Capacitate:100ml. Nu contine latex, de unica utilizare. Ambalate steril, individual, ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). Marcaj CE. Termenul de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
4	<u>Sondă nazo – gastrică</u> Mărimea: CH 30. Tip Levin, sterila, atraumatica, varf bont cu orificii laterale cu margini rotunjite pentru evitarea traumatismelor mucoasei. Tub simplu, material transparent: PVC cu grad inalt de puritate, necudabil, nepirogenic, netoxic; siliconat sau termosensibil, suprafata neteda la exterior. Marker longitudinal radioopac pentru localizare. Capatul distal al lumenului central adaptabil la sisteme de aspiratie uzuale (conic). Fermitate suficienta pentru introducerea usoara, in acelasi timp fara a produce leziuni. Lungime sondei 120 cm, cu marcaje de masurare a adancimii. Sterile, ambalate individual. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). Marcaj CE. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea			

	produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
5	<u>Ace G30 injectat</u> Ace injectat UF G 30 (XS – 0.31x16mm), 30G(S – 0.31x21mm), 30G(L – 0.31x25mm) Uz medical, sterile, din oțel inoxidabil, de unică folosință. Ambalat individual cu marcaj nr. lot, data fabricației, data expirării, sterilizat E.O. Marcaj CE. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
6	<u>Fesi tifon 10cm/10m</u> Fasa din tifon hidrofil, pentru uz medicinal, purificată, din bumbac 100%, sub forma de benzi continue, cu mare capacitate de absorbție, bine tolerat de piele, fără fire libere pe margini, țesătura uniformă, fără impurități, degresat, descleiat, absorbant, neapretat, albit, moale, curat, fără pete, îndor, insipid, tipar uniform la rupere, fără fire desirate pe margine, nesteril, nelucios, fără miros, fără defecte, cu rezistență la rupere, fără scame sau puf, cu margini drepte și uniforme, tăiate, nedesirate; fără amidon, dextrina și clor, fără aciditate și alcalinitate - Aspect uniform alb - Latime = 10 cm - Lungime = 10 m - Masă în g/m² - minim 32.00 grame/m² - Hidrofilia : să nu depășească 10 secunde - Fire de urzeală pe 100 mm : 120 ± 3 - Fire de batatură pe 100 mm : 100 ± 5 Se va prezenta un aviz/buletin de testare/analiză eliberat de un laborator acreditat sau de un organism european echivalent din care să reiasă că produsele tifon și fesi îndeplinesc condițiile fizico-chimice prevăzute de SR EN 14079:2003. Documente de conformitate pentru produsul oferit.			

	<u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
7	<u>Comprese tifon sterile – 12 straturi</u> • Comprese sterile din tifon din bumbac 100% • Pentru tratamentul general al plăgilor, în special în tratamentul primar al plăgilor contaminate, infectate și cu o cantitate mare de exsudat. Adecvate ca tamponare și pansamente în chirurgia minoră în ambulatoriu și pentru pacienții internați, cât și ca pansamente secundare pentru acoperirea arsurilor • cu marginile tăiate impaturite în interior, în 12 straturi. • Material component: ○ bumbac pur 100%, respecta EN 14079 (după înalbire) ○ albit fără compuși clorurați, (nu conține impurități) • compresele se pot utiliza desfăcute o dată, sau de mai multe ori, fără a afecta marginile firelor; • densitatea: 17 fire/cm² (urzeala 100/10 cm; bătătura 70/10 cm); • masa minim 23gr/m²; • timp de scufundare (hidrofilie): < 3 secunde • capacitate de absorbție: 6-8 grame apă / gram de tifon • multistratificat în 12 straturi; • să nu lase scame, cu margini libere drepte și uniforme; • rezistența la rupere (urzeală ≥ 50 N/50mm; bătătură ≥ 30 N/50mm) • Sterilizate cu abur • Dimensiuni: 5 x 5 cm 10 x 10 cm • Valabilitate: 5 ani • Să fie clasificate ca dispozitiv medical clasa IIa. • Să fie marcate CE • să se prezinte raport de încercare emis de un laborator/organism de testare independent din care să reiasă hidrofilia produsului <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător.			

	- Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
8	<u>Scutece copii uf, diferite dimensiuni</u> -confectionat din material netesut delicat ce permite absorbtia urinei si a fecalelor ce pot cauza iritatii datorita aciditatii lor - strat interior superabsorbant - produs testat dermatologic - sistem de inchidere tip arici in 2 straturi, benzi adezive repositionabile - bariera antiscurgere – dubla protectie -elasic in zona inghinala si la manseta laterala de etansare -pe ambalaj sunt mentionate urmatoarele informatii: denumirea produsului, marimea in litere si kg, numarul de bucati din pachet, cod produs, numar lot, data fabricatiei, data expirarii, producator, produs testat dermatologic -termen de valabilitate: 60 de luni de la data fabricatiei - A.) dimensiune : 0,6-1,2 Kg ; capacitate de absorbtie : 220 ml - B.) dimensiune : 2-5 Kg ; capacitate de absorbtie : 390 ml - C.) dimensiune : 3-6 Kg ; capacitate de absorbtie : 490 ml - D.) dimensiune : 5-9 Kg ; capacitate de absorbtie : 560 ml - E.) dimensiune : 8-18 Kg ; capacitate de absorbtie : 715 ml - F.) dimensiune : 9-20 Kg ; capacitate de absorbtie : 725 ml - G.) dimensiune : 12-25 Kg ; capacitate de absorbtie : 800 ml - H.) dimensiune : 16 + Kg ; capacitate de absorbtie : 890 ml <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului are trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
9	<u>Set clismă steril</u> Set clisma, compus din: Sac debtor de irigare, capacitate 1750ml, realizat din PVC medical. Pe una din fete are marcate subdiviziuni neliniare 250ml, 500ml, 750ml,1000ml, 1250ml, 1550ml, 1750ml. La partea superioara prezinta o bandeleta care ofera posibilitatea de sustinere pe stativ , iar la partea inferioara conectorul pentru cateter. Cateter de 120 cm cu varf moale rotunjit atraumatic. Varful cateterului dispune si de un orificu central, cu diametrul interior de 3mm. Cateterul			

este realizat din pvc medical siliconat si are varful de insertie acoperit cu un strat din gel lubrifiant biocompatibil ce asigura o insertie usoara. Clema clampare exterioara in vederea obturarii cateterului. Manusa de unica folosinta manipulare, polipropilena. Setul are un plic ce contine 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru solutia de clisma. Dilutia recomandata este 1 plic de substanta concentrata la 250ml apa calda. Setul contine plic gel lubrefiant. Laveta este absorbanta, semipermeabila, unisens cu dimensiunile 46cmx32cm. Sistemul de deschidere peel-down. . Fabricate si ambalate dublu steril conform ISO 9001. Marcaj CE.

Ofertantul va prezenta:

- Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate.
- Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat.
- Declarație de conformitate CE de la producător.
- Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă : conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului.
- Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului.
- Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă;
- Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.

10 Set consumabile impregnate antimicrobian pentru aspiratia secretiilor bronsice si a fluidelor medicale, cu gelifiere

Recipient cu capac de unica folosinta pentru colectarea fluidelor biologice, transparent;

Punga de aspiratie lipita etans pe capacul pungii, circular; fundul pungii sub forma de arc de cerc sa fie lipit; fara lipituri pe partile laterale. Corpul pungii turnat in forma circulara.

Recipient cu agent de solidificare preinstalat, in punga separata aflata in interiorul pungii de colectare, dozat in functie de volumul pungii de aspiratie:1000 ml; 2000ml; 3000ml.

Punga in care se gaseste agentul de solidificare, la contactul cu aspiratul sa se dizolve, pentru a putea incepe functionarea imediata a acestuia; sa respecte standardele nationale si internationale cu privire la dispozitivele medicale.

Fabricat din polietilena; o capacitate efectiva de 1000 ml, 2000ml, 3000ml livrat in forma pliata.

Prevazut cu un singur conector, la care se leaga direct tubul de aspiratie de la pacient, pentru a evita conectarea gresita a tuburilor.

Capacul este prevazut cu filtru hidrofob, usor de vizualizat, de culoare alba, diferita fata de cea a capacului. Acest filtru va inchide automat sistemul de aspiratie in momentul in care intra in contact cu lichidul aspirat, rol de protectie la supraplin precum si de filtru bacterian.

Conectorul pentru aspiratie este prevazut cu capacel atasat de marginea laterala a capacului pungii de aspiratie, ce se inchide etans in momentul in care sistemul este plin si/sau trebuie inlocuit, asigurand o protectie maxima in cazul acestor manevre;

Punga de aspiratie poate fi indepartata simplu si eficient cu ajutorul manerului de catre personalul medical. Asigura solidificarea imediata a fluidelor aspirate prin

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

	agentul de solidificare incorporat; Permite vizualizarea gradului de umplere a recipientului cu fluide biologice aspirate; la atingerea capacității maxime efective să oprească în mod automat aspirația; Capacul este lipit etans de punga de aspirație, fără cule și fără pori; Tub conectare sonda de aspirație: tub conectare sonda de aspirație din PVC transparent fără DEHP, cu lungime de 2m Prevăzut cu conectori flexibili, cu striatii pentru capacul pungii de aspirație și sonda de aspirație, pentru o ușoară manuire în timpul manevrelor de conectare/deconectare; Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producător etc). Marcaj CE. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă : conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
11	<u>Ecogel, punga plastic cu maner, 5 litri</u> Ecogelul este un gel cu conductivitate mare pentru transmisia ultrasunetelor, solubil în apă, fără miros, nu pătează, nu conține saruri și nici formaldehidă. Prin structura sa specifică favorizează mișcarea sondei, lubrifiind tegumentul. Este testat dermatologic și se poate folosi doar pentru uz extern. Ambalaj: punga plastic cu maner de 5 l + recipient pentru folosire 250 ml Marcaj CE. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă;			

	- Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social			
12	<u>Punga igienica voma/urina/secretii – colectarea si gelifierea reziduurilor biologice pacient</u> Punga igienica prevazuta cu banda de hartie in interior, care transforma voma /urina in gel intr-un timp foarte scurt, nepermitand scurgerile sau alte dispersari ale reziduurilor. Capacitate : 1000ml; Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, adresa producator etc). Marcaj CE. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - ISO 13485 al producătorului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
13	<u>Set campuri sterile pentru operatie cezariana</u> Setul sa contina minimum urmatoarele componente: 1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente, 150 x 190 cm 1 câmp de acoperire pentru masa Mayo 80 x 145 cm 1 camp cezariana 250 x 315 cm cu orificiu, sac colector integrat si banda velcro; 1 bandă autoadezivă 10 x 50 cm 4 șervețele de celuloză 30 x 33 cm 1 camp nou-nascut 105 x 90 cm 5 comprese cu cip radioopac 45 x 45 cm 1 pereche manusi chirurgicale fara latex, din policloropren, marimea 7 1 pereche manusi chirurgicale fara latex, din policloropren, marimea 8 <u>Specificatii material camp masa instrumente ranforsat:</u> Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m². Film: polietilena 60 μm Netesut: polipropilena netesuta 30 g/m² Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic Sterilizare: EO Fără latex <i>Caracteristici si parametrii de performanta in zona neranforsa:</i> • Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 I_B • Curatenia – microbiană – STERIL • Scămoșare – maxim 2 Log₁₀ • Rezistența la penetrarea lichidă – minim 185 cm (H₂O) • Rezistență la plesnire – umed – minim 80 kPa • Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa			

- Rezistență la întindere – uscată – minim 30 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal
- Rezistență la întindere – umedă – minim 35 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal

Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranforsata:

- Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
- Curatenia – microbiana – STERIL
- Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
- Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H20)
- Rezistență la plesnire – umed – minim 190 kPa
- Rezistență la plesnire – uscată – minim 200 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal
- Rezistența la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal

Specificatii material camp Mayo:

Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m².

Nețesut: PP hidrofil, 30 g/m²

Film: polietilena 60 μm

Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic

Sterilizare: EO

Fără latex

Caracteristici si parametrii de performanta in zona neranforsata:

- Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
- Curatenia – microbiana – STERIL
- Scămoșare – maxim 1.5 Log₁₀
- Rezistența la penetrarea lichidă – minim 80 cm (H20)
- Rezistență la plesnire – umed – minim 75 kPa
- Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 35 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal
- Rezistența la întindere – umedă – minim 40 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal

Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranforsata:

- Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
- Curatenia – microbiana – STERIL
- Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
- Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H20)
- Rezistență la plesnire – umed – minim 180 kPa
- Rezistență la plesnire – uscată – minim 185 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal
- Rezistența la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal

Specificatii material campuri bistratificate:

Compozitie: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m²,

Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare directă PP (spunbond), minim 30 g/m²

Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate și bacterii
Cele două straturi să fie îmbinate termic

Sterilizare: EO

Fără latex

Caracteristici și parametrii de performanță:

- Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B
- Curățenia – microbiană – STERIL
- Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
- Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H₂O)
- Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa
- Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal
- Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal
- Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m²

Materialul câmpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 – referitor la rezistența la laser.

Toate componentele să fie ambalate în același pachet.

Să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I

Să prezinte marcaj CE;

Valabilitate: 5 ani

Specificatii comprese cu cip radioopac 45 x 45cm:

Comprese radiodetectabile tifon 20 fire/cm² prespălate utilizate pentru pentru diminuarea sângerării și pentru tratamentul plăgilor, pentru prinderea sau menținerea țesutului în timpul laparotomiei.

Să fie de unică folosință,

Să fie cu cip radiodetectabil și cu anse țesute în material.

Să fie sterile, sterilizate cu EO;

Să fie în 6 straturi, albe și verzi

Compoziție material:

- 100 % tifon din bumbac absorbant conf. EN 14079, fără înălbire cu clor
- buclă tragere: 100 % bumbac, înălbit, vopsit albastru sau verde
- cip radiodetectabil: PVC cu conținut min. De 60 % BaSO₄

Timp de pătrundere: maxim 3 sec.

Capacitate absorbție apă: min. 6 g apă per g tifon

Număr de fire: deformare: 120/10 cm ± 6; țesătură: 80/10 cm ± 5

Greutate suprafață: minim 27 g/m²

Rezistență la rupere, uscat: deformare minim 60 N/50 mm; țesătură minim 35 N/50 mm

Fără agenți de luciu optic;

Valabilitate: 5 ani

Ambalare: pachete cu 5 bucăți, 4 nivele de ambalaj

Să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa Iia.

Sa fie marcat CE

Sa se prezinte raport de incercare emis de un laborator/organism de testare independent din care sa reiasa hidrofilia produsului

Specificatii manusi chirurgicale fara latex, din policloropren

Mănuși chirurgicale sterile sintetice, nepudrate, de unică folosință

Sa fie realizate din policloropren sintetic cu strat de polimer

Produs medical de clasa Iia

Echipament personal de protecție clasa III

Excluce alergiile la proteinele din latex (alergie tip I)

Material foarte elastic

Sensibilitate tactilă foarte buna;

Fără carbamați, mercaptobenzotiazoli și tiurami (acceleratori);

Fara risc de alergie de tip IV

Cu manșetă rulată în exterior

Împachetare în perechi în hârtie de împachetat la interior și sigilate în folii ușor de deschis

Ambalaj din material fără latex

Material: Policloropren cu strat interior din polimer

Antioxidanți: derivat al fenolului

Acceleratori acceptați: tip de guanidină (DPG) și tip de tiouree (DPTU)

Culoare: maro

Structura suprafeței: micro-texturată

Strat interior: polimer

Formă complet anatomică

Lungime generală și lățime generală:

▫ lungime: min. 290 mm

▫ latime: 84 – 74mm (marimea 7), 96-108mm (marimea 8)

Grosime peliculă (valori medii):

▫ manseta: 0.16 mm

▫ palma: 0.19 mm

▫ varf deget: 0.21 mm

Rezistență la sfâșiere / forța la rupere: 12 N

AQL: 0.65

Sterilizate cu raze gamma

Termen de valabilitate: 5 ani

Ofertantul va prezenta:

- Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate.
- Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat.
- Declarație de conformitate CE de la producător.
- Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului.
- Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului.
- Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă;

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

- Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social

14 Cămp operator steril masa Mayo

Cămp de protecție pentru masa Mayo

Pentru asigurarea câmpului steril al instrumentarului

Dimensiune: 80 x 145 cm

Compoziție: material laminat, greutate totală minim 90 g/m².

Nețesut: PP hidrofil, 30 g/m²

Film: polietilena 60 μm

Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic

Sterilizare: EO

Fără latex

Caracteristici si parametrii de performanta in zona neranforsa:

- Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
- Curatenia – microbiana – STERIL
- Scămoșare – maxim 1.5 Log₁₀
- Rezistența la penetrarea lichidă – minim 80 cm (H₂O)
- Rezistență la plesnire – umed – minim 75 kPa
- Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 35 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal
- Rezistență la întindere – umedă – minim 40 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal

Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranforsa:

- Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
- Curatenia – microbiana – STERIL
- Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
- Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H₂O)
- Rezistență la plesnire – umed – minim 180 kPa
- Rezistență la plesnire – uscată – minim 185 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal
- Rezistență la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal

Sa fie marcat CE

Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril

Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 – referitor la rezistenta la laser.

Valabilitate: 5 ani

Ofertantul va prezenta:

- Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate.
- Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat.
- Declarație de conformitate CE de la producător.
- Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului.
- Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

	produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social			
15	<u>Câmp operator steril 75 x 90 cm</u> <u>Câmp operator steril 90 x 100 cm</u> <u>Câmp operator steril 90 x 150 cm</u> Specificatii material campuri bistratificate: Compozitie: Film neșut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m², Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare directă PP (spunbond), minim 30 g/m² Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate si bacterii Cele doua straturi sa fie imbinat termic Sterilizare: EO Fără latex <i>Caracteristici si parametrii de performanta:</i> • Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 I_B • Curatenia – microbiana – STERIL • Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ • Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H₂O) • Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa • Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa • Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal • Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal • Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² Sa fie marcat CE Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 – referitor la rezistenta la laser. Valabilitate: 5 ani <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor			

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

	oferate/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social			
16	<u>Camp operator steril 45 x 75 cm, adeziv pe latura de 75 cm</u> Specificatii material campuri bistratificate: Compozitie: Film neșut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² , Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare directă PP (spunbond), minim 30 g/m² Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate si bacterii Cele doua straturi sa fie imbinare termic Sterilizare: EO Fără latex <i>Caracteristici si parametrii de performanta:</i> • Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 I_B • Curatenia – microbiana – STERIL • Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ • Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H20) • Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa • Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa • Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal • Rezistența la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal • Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² Sa fie marcat CE Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 – referitor la rezistenta la laser. Valabilitate: 5 ani <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferate/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social			

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

17	<u>Camp operator pentru oftalmologie</u> Camp operator steril 130 x 90 cm cu orificiu adeziv de 8 cm diametru (prevazut cu film de incizie) si punga pentru a colecta lichide cu 1 compartiment cu dimensiuni de 35x18.5cm+/-1. Campul operator realizat din film PE 42µm si laminat din polipropilena-polietilena TF 43g/m². <i>Caracteristici de performanta camp operator:</i> -rezistenta la rupere uscat: MD 50, CD 29 -rezistenta la rupere umed: MD 50, CD 30 -rezistenta la penetrare microbiana – uscat: sub 1log10cfu -rezistenta la penetrarea lichidelor: minim 180cmH₂O -rezistenta la pleznire – uscat: minim 215kPa -rezistenta la pleznire – umed: minim 125kPa -scamosare: sub 1.8 log10 <i>Punga de colectare realizata din film din polietilena cu urmatorii parametri:</i> -rezistenta la rupere longitudinala: peste 14.5 MPa -rezistenta la rupere transversala: peste 10.5 Mpa <i>Filmul de incizie:</i> film din poliuretan, securizat cu hartie de silicon cu o greutate de baza de 72g/m², cu benzi cu o latime de 35 mm pe ambele parti, impaturit suplimentar in hartie siliconata. Sa nu fie citotoxic, sa nu irite pielea, sa nu produca reactii alergice. Produsul va respecta standardele: EN 13938-1, EN 20811, EN ISO 9073-6, EN ISO 9073-11, EN ISO 11737-1, EN ISO 22612, EN ISO 22610, EN 1773. Sa fie marcat CE Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril Valabilitate: 5 ani Sterilizare: EO <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social			
18	<u>Aleze absorbante</u> • Aleze cu corp absorbant din fulgi de celuloză și părți laterale din folie de polietilenă. • Sa aiba strat exterior neșesut ce elimină senzația de umezeală și acoperă întreaga suprafață, sigilat pe toate laturile. • Căptușeala sa fie din polietilenă impermeabilă anti-aderentă.			

	• Sa fie adecvate pentru utilizare în mod direct ca aleze pentru incontinență sau ca protecție suplimentară pentru pat atunci când sunt utilizate și alte produse de corp. • Materiale componente: • Protecție lichide: folie polietilenă verde. • Corp absorbant: 100 % fulgi de celuloza, albită elementar, fără clor • Material netesut: material netesut din polipropilenă, hidrofil • Adeziv: adeziv cu topire la cald • Dimensiuni: • 60 x 60cm (corp absorbant 520±20cm x 520±20cm) • 60 x 90cm (corp absorbant 520±20cm x 810±20cm) • 90x180cm (corp absorbant 520±20cm x 810±20cm) • Greutate produs: • max. 49g (60 x 60cm) • max. 70g (60 x 90cm) • max. 108g • Sa fie furnizate deja împăturite pentru depozitare. • Ambalare in pungi din polietilena cu 30 bucati. • Sa fie clasificate ca dispozitiv medical clasa I. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social		
19	<u>Dispozitiv aspiratie si transfer solutii cu filtru de particule si filtru antibacterian MINI SPIKE, capacel albastru</u> Dispozitiv utilizare in aspiratia si transferul solutiilor perfuzabile. Prevazut cu filtru antibacterian PTFE 0.1µm. Prevazut cu filtru antiparticule PET 5µm. Suprafata filtrului antibacterian de 0.36 cm². Suprafata filtrului de de 1.29 cm². Presiune de operare max 1 bar. Greutate 4,3 grame. Volum de umplere : 0,25ml. Prevazut cu capacel de culoare albastra. Material carcasa : ABS alb. Material carcasa luer loc : ABS albastru Spikeul din material plastic. Ambalate steril, individual, ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). Marcaj CE. <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de		

	livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
20	<u>Bratari identificare imprimante ZEBRA Z-BAND DIRECT</u> Brățări de identificare pacienți 25x279 mm compatibile cu imprimata marca Zebra Z-Band Direct model ZD510 (pachet 6 cartușe) Dimensiune: 25x279 mm; Tip etichete: thermo, polipropilenă, alb/roșu; Mod de închidere: bandă autoadezivă; O cutie va conține 6 role (o rolă conține 200 brățări). <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie să conțină și o poză a produsului ce urmează a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
21	<u>Masca CPAP full face reutilizabila</u> MASCA CPAP / BIPAP / CPAP "TOTAL FACE" VENTILATIE NONINVAZIVA Produs destinat ventilarii si tratamentului neinvaziv Pachetul continue masca, hegar de fixare pe cap elastic, conector de 22 mm Foarte transparenta, perne de silicon moale non allergenic 5 puncte de conexiune cu hegarul pentru o etanseitate perfecta Conector universal de diametru 22mm Produsul permite o vizibilitate ridicata a fetei datorita materialului transparent. Pernele de silicon asigura potrivire perfecta cu fata pacientului ceea ce asigura mastii etanseitate de 100%. Cotul (conectorul) la 90 de grade se poate roti. Disponibila in 3 variante de conectori: cu valva, standard fara valva si port bronhoscop Prinderile hegarului la masca se realizeaza cu click ceea ce asigura montare rapida Marimi disponibile: S, M, L, XL Produsul poate fi conectat la aparate: CPAP, BPAP, VPAP sau VENTILATOR prin intermediul circuitelor de oxygen standard. Parametri testati (CO2) in aerul expirat:			

Cantitate maxima de Co2 (%) in aerul expirat 7.2, minima 5.8 Cantitate maxima de Co2 (%) in PP (presiune pozitiva) 5cm H2O : 5.2, minima de 0.3 Cantitate maxima de Co2 (%) in PP 10cm H2O: 4.4, minima de 0.3 Procentul de reducere a Co2 in PP 5cm H2O, 93.6 Procentul de reducere a Co2 in PP 10cm H2O, 93.2 Dimensiuni: Marimea S – 375 ML (volum spatiu mort) LxIxh Marimea M/L – 550 ML Marimea XL – 717 ML Termen de valabilitate 5 ani. Reutilizabile Sterilizabile la autoclav la 134 o C pentru 5 minute, sau sterilizare la rece. Minim de sterilizari garantate de producator: 10 Biocompatibil, nu continut ftalati sau latex ISO 13485, ISO 17510 si directive EC/93/42 <u>Ofertantul va prezenta:</u> - Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare, asumarea transportului și a costurilor asociate. - Fișa tehnică privind caracteristicile produsului care trebuie sa contina si o poza a produsului ce urmeaza a fi livrat. - Declarație de conformitate CE de la producător. - Certificat/e emis/e de un organism notificat din care rezultă: conformitatea produsului cu Directiva 93/42/CCE și ISO 13485 al producătorului. - Aviz de funcționare emis de ANMDM din care rezultă trasabilitatea produsului. - Declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă; - Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.			
--	--	--	--

3.3. Garanție

Furnizorul are obligatia de a livra produsele ce fac obiectul contractului cu termen de valabilitate de cel putin 12 luni, de la data receptiei efectuate la destinatia finala. Produsele cu termen mai scurt de valabilitate nu se vor livra decat cu acordul autoritatii contractante, in functie de urgenta.

Beneficiarul are dreptul de a notifica, in scris, furnizorului, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu termenul de valabilitate , in termen de maxim 5 zile de la data constatarii lor. La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a inlocui produsul necorespunzator in maxim 15 zile, fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze problema in perioada convenita, atunci va intocmi factura storno pentru produsul respectiv.

3.3.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de **maxim 5 zile de la** data transmiterii comenzii ferme de către achizitor către furnizor. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă prin semnarea facturii și a noului aferent.

Produsele vor fi livrate către Autoritatea contractantă la magazia spitalului, la adresa menționată în comanda fermă transmisă de către achizitor către furnizor. Recepția cantitativă, calitativă și valorică se va face în magazia spitalului, în zona de recepție, în prezența delegatului distribuitorului. Livrarea se va face în timpul programului de lucru, respectiv de luni până vineri între orele 8-15. Factura care însoțește produsele trebuie să corespundă cu comanda, cantitativ și valoric. Pretul produselor trebuie să fie cel din comanda/contract. Produsele livrate sunt cele oferite în propunerea tehnică.

Furnizorul va livra produsele în ambalajele originale sau în recipiente, cutii închise ce se vor deschide la livrare, astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, stării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a avut în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Livrarea produselor va fi însoțită de :- Factura fiscală/Aviz de expediție

- declarație de conformitate emisă de producător sau comerciant sau importator pentru lotul de produse livrat și/sau certificat de garanție din care să rezulte data de expirare a valabilității produsului / certificat de calitate

Nu vor fi admise produse care nu corespund calitativ și cantitativ prevederilor prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care distribuitorul nu onorează două comenzi consecutive se va cere rezilierea contractului respectiv.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

În condițiile arătate la 4.1. promitentul-achizitor are în vedere posibilitatea achiziționării unor cantități suplimentare în contextul unor contracte de furnizare în condițiile art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

Promitentul-achizitor va achiziționa cantitatea considerată necesară pe parcursul contractului, promitentul achizitor nefiind obligat la achiziționarea cantității maxime. Cantitatea ce se preconizează a fi achiziționată pe parcursul contractului este în funcție de necesitățile spitalului, de finalizarea unei proceduri de licitație care are ca obiect aceleași produse ca și în prezenta procedură și de existența fondurilor alocate cu această destinație.

4. Recepția produselor

Recepția produselor se va face la sediul autorității contractante în termen de 48 ore de la livrare, respectiv în magazia Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, la punctele de lucru situate în: Str Ardenyi Karoly nr 2-4.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

Recepția produselor se va efectua în zona de recepție a magaziei, în prezența delegatului furnizorului, pe baza facturii și avizului de expedite de Autoritatea contractantă.

Produsul va fi însoțit, la destinație, de următoarele documente: factura fiscală, aviz de expedite, certificate de calitate, declarație de conformitate. Dacă produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsul, iar ofertantul are obligația de a înlocui produsul refuzat.

În cazul în care se constată neconcordanța între documente și produse, sau produsele sunt deteriorate, sau nu corespund specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, care sunt anexa la caiet, produsele din lotul respectiv va fi respins întocmindu-se un proces verbal de neconformitate.

Procesul verbal de neconformitate se va întocmi în două exemplare, una pe fiecare parte și va conține specific și detaliat motivul neconformității și respingerii.

4.1. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective.

Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea Contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii emise de către Contractant.

Termenul de plată este de 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul Autorității contractante și de la recepția fizică a produselor, în condițiile stabilite mai sus.

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare și în conformitate cu acordul cadru/Contractul subsecvent semnat.

4.2. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul se obliga să furnizeze produsele în termenele prevăzute la cap.3.3. din prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul se obliga să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini și să mențină valabile toate documentele solicitate în specificațiile tehnice. Produsele ce urmează să fie livrate în cadrul prezentei proceduri vor fi obligatoriu fabricate de către producătorul menționat în declarația de producător depusă în cadrul ofertei.

Furnizorul se obliga să despăgubească autoritatea contractantă împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele achiziționate,
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din solicitarea ofertei întocmite de către entitatea contractantă

Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele achiziționate.

Autoritatea contractantă poate notifica operatorul economic cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii produselor. Solicitarea de respingere/revizuire va fi motivată cu comentarii și rezoluții scrise.

Autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsele ale căror specificații tehnice nu corespund, iar furnizorul are obligația de a înlocui produsele refuzate, fără a modifica prețul stabilit prin contract. La primirea unei astfel de solicitări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de 48 de ore.

Perioada convenită în care autoritatea contractantă se obligă să plătească prețul produselor către furnizor este de 60 de zile de la înregistrarea facturii, în original, la sediul autorității contractante.

În cazul în care contractantul nu își onorează obligațiile, atunci va datora entității contractante penalități conform contractului însoțit.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini

În cazul în care autoritatea contractantă nu își onorează obligațiile de plată, atunci va datora contractantului penalități conform contractului însoțit.

Nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre părți, în mod culpabil, da dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract indeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

5. DURATA ACORDULUI CADRU

Contractul încheiat va fi valabil 4 (patru) luni de la emitere sau până la finalizarea unei proceduri de licitație având ca obiect aceleași produse ca și în prezenta procedură, respectiv până la epuizarea cantităților contractate.

Autoritatea contractantă nu se obligă la comandarea cantităților maxime indicate, comenzile efectuându-se în funcție de necesitate.

6. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Operatorii economici vor elabora și prezenta propunerea tehnică astfel încât să permită comisiei de evaluare stabilirea conformității produselor oferite cu specificațiile din Caietul de sarcini. Toate documentele depuse **vor fi redactate în limba română sau în traducere legalizată în limba română** dacă documentele depuse în original sau în copie, sunt redactate în altă limbă.

Documentele depuse în copie se vor certifica **"Conform cu originalul"** de către ofertant, prin **semnătura și ștampila ofertantului.**

În acest sens ofertanții vor prezenta alături de oferta financiară pentru materiale următoarele documente:

- certificate și avize permanente, valide și valabile ale ofertantului/furnizorului, pentru activitate comercială și/sau de producție în domeniul în care este legal încadrat produsul/serviciul sau activitatea de producție (dacă este producător);
- declarație pe propria răspundere care confirmă că documentele depuse sunt obținute legal de la producător (dacă este cazul), sunt aferente produselor oferite/livrate și că aceste produse sunt conforme cu standardele dovedite prin documentația depusă;
- Declarația ofertantului privind denumirea producătorului, termenul de livrare asumarea transportului și a costurilor asociate.

În vederea aplicării prevederilor cuprinse la art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă solicită operatorilor economici participanți să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

În acest sens se va prezenta Formularul nr. 1 privind condițiile de muncă și protecția muncii cât și din domeniul protecției mediului și social.

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv :

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice , cu completările și modificările ulterioare;
- HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului /acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestatiilor, cu completările și modificările ulterioare;

8 MANAGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATII DE RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

În acest capitol sunt introduse informații despre modalitatea în care se asigură managementul contractului de furnizare. Managementul include o componentă de management și o componentă administrativă, având ca date de intrare:

- a) contractul de furnizare încheiat;
- b) comenzile aferente contractului;
- c) comunicările între Contractant și Autoritatea contractantă;
- d) comunicările între Contractant și terții susținători (dacă este cazul).

Responsabilitățile cu caracter administrativ ce revin autorității contractante pe perioada derulării contractului sunt următoarele:

- Numirea unui responsabil de contract, care să asigure atât relația cu contractantul cât și supervizarea modului de administrare a contractului,
- Obținerea tuturor documentelor suport pentru efectuarea plăților, așa cum sunt aceste documente prezentate în contract și reglementate în legislație,
- Monitorizarea modului de derulare a contractului (planificat – realizat) și urmărirea modului de îndeplinire a clauzelor contractuale,
- Obținerea vizelor de control financiar preventiv intern și control financiar preventiv delegat pe „ordonanțele de plată”, inclusiv evidențierea stadiului angajamentului legal,
- Organizarea recepției la livrare,
- Obținerea documentelor necesare finalizării contractului, așa cum sunt acestea stabilite prin contract,

Avizat ,
Director Medical
Dr. Hreniuc Catalin



Întocmit,
Director îngrijiri
As. Otilia Popa



Nr. LOT	Denumire / Descriere	U.M.	P.U. Estimat fara TVA	Cantitate estimata pentru 4 luni	Valoare estimata contract 4 luni
1	Pulsoximetru inalta precizie pentru deget, portabil	buc.	200,00	50	10.000,00
2	Tavita renala, unica folosinta, din celuloza macerabila	buc.	0,45	40000	18.000,00
3	Punga recoltare urina copii	buc.	0,20	1200	240,00
4	Sondă nazo – gastrică CH 30	buc.	26,00	200	5.200,00
5	Ace G30 injectat	buc.	0,22	1000	220,00
6	Feși tifon 10cm/10m	buc.	1,10	32000	35.200,00
7	Comprese tifon sterile - 12 straturi - 5x5 cm	buc.	0,25	27000	6.750,00
	Comprese tifon sterile - 12 straturi - 10x10 cm	buc.	0,55	30500	16.775,00
8	Scutece copii UF - dimensiune : 0.6 - 1.2 Kg	buc.	0,59	80	47,20
	Scutece copii UF - dimensiune : 2-5 Kg	buc.	0,38	12800	4.864,00
	Scutece copii UF - dimensiune : 3-6 Kg	buc.	0,46	6200	2.852,00
	Scutece copii UF - dimensiune : 5-9 Kg	buc.	0,50	4800	2.400,00
	Scutece copii UF - dimensiune : 8-18 Kg	buc.	0,55	3000	1.650,00
	Scutece copii UF - dimensiune : 9-20Kg	buc.	0,58	800	464,00
	Scutece copii UF - dimensiune : 12-25 Kg	buc.	0,62	800	496,00
	Scutece copii UF - dimensiune : 16+ Kg	buc.	0,66	800	528,00
9	Set clismă steril	buc.	5,10	5320	27.132,00
10	Set consumabile impregnate antimicrobian pentru aspiratia secretiilor bronsice si a fluidelor medicale, cu gelifiere	buc.	32,00	10500	336.000,00
11	Ecogel, punga plastic cu maner, 5 litri	litru	8,50	100	850,00
12	Punga igienica voma/urina/secretii – colectarea si gelifierea reziduurilor biologice pacient	buc.	3,00	600	1.800,00
13	Set campuri sterile pentru operatie cezariana	buc.	141,00	800	112.800,00
14	Câmp operator steril masa Mayo	buc.	13,00	800	10.400,00
15	Câmp operator steril 75 x 90 cm	buc.	3,00	3000	9.000,00
	Câmp operator steril 90 x 100 cm	buc.	5,20	4600	23.920,00
	Câmp operator steril 90 x 150 cm	buc.	7,00	2400	16.800,00
16	Câmp operator steril 45 x 75cm(adeziv pe latura de 75 cm)	buc.	2,50	1200	3.000,00
17	Camp operator pentru oftalmologie		15,50	1200	18.600,00
18	Aleze absorbante 60 x 60cm	buc.	1,25	4000	5.000,00
	Aleze absorbante 60 x 90cm	buc.	1,45	15000	21.750,00
	Aleze absorbante 90 x 180cm	buc.	3,00	21500	64.500,00
19	Dispozitiv aspiratie si transfer solutii cu filtru de particule si filtru antibacterian MINI SPIKE, capacel albastru	buc.	4,35	20000	87.000,00
20	Bratari identificare imprimante ZEBRA Z-BAND DIRECT	buc.	0,62	36000	22.320,00
21	Masca CPAP full face reutilizabila	buc.	420,00	40	16.800,00
TOTAL					883.358,20

Avizat ,
Director Medical
Dr. Hreniuc Catalin



Întocmit,
Director îngrijiri
As. Otilia Popa

