SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD
ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÁNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Spitalul Clinic Județean de Urgență ARAD
INTRARE Nr. 43257
Data 15.11.2022

SE APROBĂ:
Manager
Ec. Ionescu Florina

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

CAIET DE SARCINI
privind achizitia de piese de schimb pentru echipamente medicale

Cod CPV: 34913000-0 Diverse Piese de Schimb

INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa sau productie , un procedeu special , o marca de fabricatie sau de comert, sunt mentionate doar pentru a identifica cu usurinta tipul de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea sau **ECHIVALENT**.

Ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii in vigoare la nivel national, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii/prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului sunt:

- **Inspectoratul Teritorial de Munca sau pe site-ul http//www.inspectmun.ro/Legislatie.html**
- **Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau pe site –ul http//www.igsu.ro/informatii utile/legislatie**
- **O.U.G. 60/ 28.08.1997 privind apararea impotriva incendiilor**
- **Legea 307 /12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor (*republicată*)**
- **Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau pe site –ul http//www.anpm.ro**
- **O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului –actualizata**

- Operatorii economici au obligatia sa respecte si urmatoarele:
- Norme de prevenire si stingere a incendiilor;
- Normativele si prescriptiile tehnice in vigoare;
- Prevederile de asigurare a calitatii;

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD** prin serviciul ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE îndeplineşte rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE PRODUSE

Informaţii despre Autoritatea contractantă

Autoritatea contractanta, in speta **Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad (SCJUARAD)** a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – înfiinţat în anul 1981,
- Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775,
- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvator Vuia" Arad care datează din anul 1919.

Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si se aplica in vederea incheierii contractului de furnizare consumabile.

Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Prezenta achizitie publica are la baza solicitarile venite din partea sectiilor ATI 2, BFK, BO Urologie, BO 3, Chirurgie 2, Radiologie, Laborator TBC, UPU, din care reiese faptul ca produsele ce se doresc a fi achizitionate sunt necesare desfasurarii actului medical in cadrul SCJUARAD.

Obiectul procedurii il constituie achizitionarea de consumabile - kituri de revizie pentru ventilatoare, kituri de revizie pt aparate de anestezie, kit litholaser, componente electronice, acumulatori si filtre care sint necesare bunei functionari a activitatii medicale din sectiile ATI 2, BFK, BO Urologie, BO 3, Chirurgie 2, Radiologie, Laborator TBC, UPU.

Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă:

Furnizarea produselor se va face in conformitate cu prevederile contractului de furnizare incheiat cu ofertantul declarat castigator in cadrul procedurii.

Prin achizitia de consumabile - kituri de revizie pentru ventilatoare, kituri de revizie pt aparate de anestezie, kit litholaser, componente electronice, acumulatori si filtre se urmareste desfasurarea unei bune activitati privind actul medical si realizarea unui standard inalt de satisfacere a pacientilor.

DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Descrierea produselor este specificata mai jos, iar aceasta reprezinta cerintele minime obligatorii care fac parte integranta din acest contract.

Produsele vor avea valabilitatea la livrare de cel putin 80% din totalul perioadei de valabilitate a consumabilelor medicale.

Termenul de valabilitate se compune din formularea clara a zilei, lunii si a anului.

Data este precedata de mentiunea clara << *expira la data de* >>

Toate produsele trebuie insotite de o descriere care sa permita identificarea lotului de fabricatie din care face parte.

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Incheierea unui contract de furnizare produs pt o perioada de 4 luni, constand in produs specific pt. **LOT1 „Kit pentru Ventilatoare LYRA X2"**. Un astfel de kit pentru ventilatorul LYRA X2 cuprinde 12 Senzori Oxigen, Manopera inlocuire, calibrare, teste de functionare si deplasare Pt. **LOT 2 „Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile"** ce contine urmatoarele produse: Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile 1 cm 7/9 - 400 buc si Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile 1 cm 14/10 - 200 buc. **Lot 3 „Kit Litholaser".** Acest Kit Litholaser contine Lentila de focalizare, fascicul de semnalizare, cartus si Filtru schimbare de ioni/dive bag. **LOT**

4 „Procesor video, Insert pensa bipolara Forceps" ce contine Procesor video (Reparatie modul conectare Image H3) – 1 buc si Insert pensa bipolara Forceps 5 mm – 2 buc. **LOT 5 „Placa electronica pt Aparat RX Fluorostar"** ce contine Placa electronica B356 pt reparare Aparat RX mobil cu brat C, Fluorostar 7000 GE – 1 buc. **LOT 6 „Kit Savina + Evita".** Kit Revizie Ventilator Savina are componentele Valva expir reutilizabila si kit revizie 2 ani Savina – 4 buc iar Kit Revizie Ventilator Evita contine filtru pt racirea aerului, dust filter, kit 2 baterii interne Evita, valva expir UF si service kit 6 ani – 2 buc. **LOT 7 „Acumulator pt Aparat Anestezie Leon Plus"** ce contine Acumulatori pentru Aparatele de Anestezie Leon Plus – 2 buc. **LOT 8 „Kit pentru Datex Ohmeda"** ce contine consumabilele pt Aparatele de Anestezie Datex Ohmeda – 1 buc. **LOT 9 „Kit Filtre Hepa + Monitorizare Hota Bacteriologica"** ce contine Inlocuire set filtre H14+filtru preliminar de praf F5+Monitorizare online Camera termostat model IT8000+ Monitorizare online Hota bacteriologica model HFV1800D – 1 buc.

Obiectivul achizitiei va contribui la buna desfasurare a activitatii medicale din cadrul sectiilor ATI 2, BFK, BO Urologie, BO 3, Chirurgie 2, Radiologie, Laborator TBC, UPU.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Autoritatea contractanta isi propune ca prin aceasta achizitie publică, să asigure functionarea optima, in conditii de siguranta a echipamentelor medicale care se afla in dotarea sectiilor de ATI cat si a BO unde sint internati pacientii in stare critica.

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Obiectul contractului de furnizare consta in achizitia de kituri de revizie anuala pentru echipamentele medicale descrise in **„Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor"** inclusiv montarea si calibrarea acestora la sediu beneficiarului, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, operatiune care se va finaliza printr-un Proces verbal, pentru fiecare aparat in parte.

Produsele trebuie sa îndeplinească toate condițiile legale pentru introducerea pe piața si punerea in funcțiune a produselor in Romania ,certificat ISO de la ofertant, certificat ISO de la producator si un certificat de garantie de cel putin 12 luni de la data inlocuirii lor in echipamentele medicale respective, avand in vedere ca acestea functioneaza in conditii ambientale normale.

Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor si a semnarii procesului verbal de receptie. Ofertantul are obligatia de a garanta ca toate produsele ofertate sunt conforme si ca acestea corespund caracteristicilor mentionate in propunerea tehnica si a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Perioada de garantie va fi de 12 luni de la data receptiei fara obiectiuni.

Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de **maxim 5 lucratoare de zile** de la data transmiterii comenzii ferme de catre achizitor catre furnizor. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă prin semnarea procesului verbal de receptie si punere in functiune.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ catre Autoritatea contractantă la locul indicat de acesta, iar adresa va fi metionata in comanda ferma transmisa de catre achizitor catre furnizor.

Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenele prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica si a caietului de sarcini. Produsele ce urmeaza sa fie livrate in cadrul prezentei proceduri vor fi obligatoriu fabricate de catre producatorul mentionat in declaratia de producator depusa in cadrul ofertei.

Furnizorul se obliga sa despagubeasca autoritatea contractanta impotriva oricaror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele achiziţionate,
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din solicitarea ofertei întocmite de către entitatea contractanta

Autoritatea contractanta se obligă să recepţioneze produsele achizitionate.

Autoritatea contractanta poate notifica operatorul economic cu privire la necesitatea revizuirii/ respingerii produselor.Solicitarea de respingere/revizuire va fi motivata cu comentarii si rezolutii scrise.

Autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsele ale caror specificatii tehnice nu corespund, iar furnizorul are obligatia de a inlocui produsele refuzate, fara a modific pretul stabilit prin contract. La primirea unei astfel de solicitari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in termen de 48 de ore.

În cazul in care contractantul nu îşi onorează obligaţiile, atunci va datora entitatii contractante penalitati de conform contractului însuşit.

În cazul în care autoritatea contractanta nu îşi onorează obligaţiile de plata, atunci va datora contractantului penalitati conform contractului însuşit.

Nerespectarea obligatiilor asumate de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata contractantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

RECEPTIA PRODUSELOR

Receptia produselor se va face la sediul autoritatii contractante, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad in cadrul sectiei medicale respective.

Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant şi Autoritatea contractantă.

Produsul va fi insotit, la destinatie, de urmatoarele documente: factura fiscala, certificate de garantie, declaratie de conformitate. Daca produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsul, iar ofertantul are obligatia de a inlocui produsul refuzat.

Procesul verbal de neconformitate se va intocmi in doua exemplare, una pt fiecare parte si va contine specific si detaliat motivul neconformitatii si respingeri.

Anexa la Caietul de sarcini

Nr. LOT	Denumire aparat	Nr.bucati pt. 4 luni	Cant.min la 1luna	Cant.max. la 4luni	Pret min estimat pt. 1 luna	Pret max estimat pt. 4 luni
1	**Kit pentru Ventilatoare LYRA X2**	1	1	1	13.625 Lei (fara Tva)	13.625 Lei (fara Tva)
2	**Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile 1 cm 7/9**	400	100	400	1.300 Lei (fara Tva)	5.200 Lei (fara Tva)
	Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile 1 cm 14/10	200	50	200	900 Lei (fara Tva)	3.600 Lei (fara Tva)
3	**Kit Litholaser**	1	1	1	29.837 Lei (fara Tva)	29.837 Lei (fara Tva)
4	**Procesor video**	1	1	1	7.786 Lei (fara Tva)	7.786 Lei (fara Tva)
	Insert pensa bipolara Forceps	2	1	2	1.276 Lei (fara Tva)	2.552 Lei (fara Tva)
5	**Placa electronica pt Aparat RX Fluorostar**	1	1	1	24.125 Lei (fara Tva)	24.125 Lei (fara Tva)

6	**Kit Savina**	4	1	4	4.537 Lei (fara Tva)	18.148 Lei (fara Tva)
	Kit Evita	2	1	2	11.441 Lei (fara Tva)	22.882 Lei (fara Tva)
7	**Acumulator pt Aparat Anestezie Leon Plus**	2	1	2	561 Lei (fara Tva)	1.122 Lei (fara Tva)
8	**Kit pentru Datex Ohmeda**	1	1	1	4.785 Lei (fara Tva)	4.785 Lei (fara Tva)
9	**Kit Filtre Hepa + Monitorizare Hota Bacteriologica**	1	1	1	19.230 Lei (fara Tva)	19.230 Lei (fara Tva)

OBS:

LOT1 „Kit pentru Ventilatoare LYRA X2". Un astfel de kit pentru ventilatorul LYRA X2 cuprinde 12 Senzori Oxigen, Manopera inlocuire, calibrare, teste de functionare si deplasare Pt. **LOT 2 „Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile"** ce contine urmatoarele produse: Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile 1 cm 7/9 - 400 buc si Husa protectie Electrozi din BBC Hidrofile 1 cm 14/10 - 200 buc. **Lot 3 „Kit Litholaser".** Acest Kit Litholaser contine Lentila de focalizare, fascicul de semnalizare, cartus si Filtru schimbare de ioni/dive bag. **LOT 4 „Procesor video, Insert pensa bipolara Forceps"** ce contine Procesor video (Reparatie modul conectare Image H3) – 1 buc si Insert pensa bipolara Forceps 5 mm – 2 buc. **LOT 5 „Placa electronica pt Aparat RX Fluorostar"** ce contine Placa electronica B356 pt reparare Aparat RX mobil cu brat C, Fluorostar 7000 GE – 1 buc. **LOT 6 „Kit Savina + Evita".** Kit Revizie Ventilator Savina are componentele Valva expir reutilizabila si kit revizie 2 ani Savina – 4 buc iar Kit Revizie Ventilator Evita contine filtru pt racirea aerului, dust filter, kit 2 baterii interne Evita, valva expir UF si service kit 6 ani – 2 buc. **LOT 7 „Acumulator pt Aparat Anestezie Leon Plus"** ce contine Acumulatori pentru Aparatele de Anestezie Leon Plus – 2 buc. **LOT 8 „Kit pentru Datex Ohmeda"** ce contine consumabilele pt Aparatele de Anestezie Datex Ohmeda – 1 buc. **LOT 9 „Kit Filtre Hepa +**

Monitorizare Hota Bacteriologica" ce contine Inlocuire set filtre H14+filtru preliminar de praf F5+Monitorizare online Camera termostat model IT8000+ Monitorizare online Hota bacteriologica model HFV1800D – 1 buc.

Sef Serviciu

Ing.Mohorea Dorin

Întocmit:

Ing.Duna Flaviu