



ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD,
L=ARAD, O=Spitalul Clinic Județean
de Urgenta Arad, OU=Administrativ,
E=ionescuscsm@yahoo.ro,
SERIALNUMBER=201104209FII1,
G=Florina Iustina, SN=Ionescu,
CN=Florina Iustina Ionescu
C=RO, OU=Spitalul Clinic Județean
de Urgenta Arad, O=Spitalul Clinic Județean
de Urgenta Arad, OU=Administrativ,
E=ionescuscsm@yahoo.ro,
SERIALNUMBER=2020.05.26 09:30

Nr. 11974/31.03.2020

Către,

S.C. DANSON S.R.L. – loturile 2 si 5

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică de furnizare avand ca obiect **Achiziționare echipamente medicale (6 loturi)**, produse clasificate conform CPV: **33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2)**, cod unic de identificare: **3519879_2020_PAAPD1135382**, nr. anunt de participare **SCN1065674 / 23.03.2020**.

Comisia de Evaluare numita prin **Dispozitia** nr. **1002** din data de **30.03.2020** in temeiul prevederilor **art. 134, alin. (1)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizata, am constatat urmatoarele:

Comisia de evaluare a constatat faptul ca nu ati prezentat garantia de participare in forma impusa prin documentatia de atribuire, respectiv, instrumentul de garantare nu are perioada de valabilitate impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire de cel putin pana la data de **30.07.2020**, nefiind in acest indeplinite cerintele impuse prin documentatia de atribuire si legislatia privind achizitiile publice aflata in vigoare la nivel national.

În acest sens va solicitam sa **clarificati/explicitati** aceste aspecte, respectiv sa declarati cum considerati ca indepliniti cerintele prevazute în documentatia de atribuire a procedurii.

Considerentele expuse mai sus au avut in vedere urmatoarele prevederi legale incidente in speta:

- **art. 103, alin. (1)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizată, potrivit căruia: *“Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.”*

- **art. 215, alin. (4) din Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, potrivit caruia: *“Oferta este considerata inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, precum si cerintele de calificare si selectie prevazute in documentele achizitiei.”*

- **art. 209, alin. (2) din Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, potrivit caruia: *“Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.”*

- **art. 132, alin. (3)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizată, potrivit căruia: *“În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un*



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă”.

- **art. 137, alin. (2) lit. b)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizată, potrivit căruia: J.L. “*A fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă*”.

Fata de cele expuse mai sus, va rugăm să vă conformați solicitării noastre, depunând clarificările indicate, la secțiunea dedicată – Întrebări – din cadrul sistemului electronic SEAP, până cel mai târziu la data de **03.04.2020**. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0773/ 357 886.

Presedinte Comisie de Evaluare,
Ing. Duna Flaviu

M Mesaje primite (345) - squared - x SEAP

e-licitatie.ro/8EB1/cz/procedure/view/100114951/100379122

Intranet a Emisiei S.U. | Gmail | Google | SEAP | Intranet a Emisiei S.U. | Yahoo!-login | Gmail | Casa Județeană de... | SEAP | Sot sau Căpătare... | Other bookmarks

Acasă / Anunț de participare simplificat / Detalii anunt / Detalii procedură / Detalii lot

Ora e-Licitatie: 12:27:22 RO | EN |

Vizualizare Lot

Există un anunț de atribuire (modifică anunț) Anunț de atribuire: NOU! (Nou) - 03.03.2020

Denumire Contract: Achiziționare echipamente medicale (5 loturi)

STARE PROCEDURĂ: **ATRIBUITĂ** | ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SEN/0695074 / 29.03.2020 | 22 904 000,00 RON | OPERANTUL: **RO-ROTEC** | **1 OFERTA**

Nr și Denumire lot: 2 Aparat de ventilare mecanică (9 buc.300)

conform Căut de termeni

STARE LOT: **ATRIBUITĂ** | 22 904 000,00 RON | OPERANTUL LOT: **RO-ROTEC** | **0 RETINUT**

SELECTEAZĂ ALT LOT

Salvează lot

Având în vedere situația actuală generată de Covid-19 și termenele mari de producție pentru aceste echipamente, vă rugăm să acceptați termen de livrare de până la maxim 6 săptămâni.

Solicitare clarificare

Adresant: Danson S.R.L. - RO-4751303

Tip solicitare: Solicitare de autoritate contractantă

Data în care s-a postat: Evaluare calificare și tehnică

Data postare: 31.03.2020 16:16

Data limită de răspuns: 03.04.2020 23:59

CONTINUT SOLICITARE:

Solicitare clarificare

1) Pentru necesitatea postării cu termenul de livrare, vă rugăm să acceptați termen de livrare de până la maxim 6 săptămâni.

RĂSPUNS LA SOLICITARE:

Vă mulțumim, Dan Stroe Danson srl

Solicitare clarificare

Adresant: Dental Vladmed V&M SRL - RO19273199

Tip solicitare: Solicitare de autoritate contractantă

Data în care s-a postat: Evaluare calificare și tehnică

Data postare: 31.03.2020 16:16

Data limită de răspuns: 03.04.2020 23:59


12:22 22.05.2020

SUPLIMENT DE ASIGURARE nr. 1
la Polița de Garantare pentru licitații
Seria GL nr. 0024527 /30.03.2020 Cod: 1BF80921

ASIGURATOR/ GARANT:	S.C. COMPANIA DE ASIGURARI-REASIGURARI EXIM ROMANIA.S.A (CARE - ROMANIA). Sediul social: Bucuresti, B-dul. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, J40/3151/2009; CUI: 25252500, prin reprezentant autorizat	
ASIGURAT (GARANTAT):	DANSON SRL , cu sediul în Bucuresti, Bd-ul Dacia, Nr.81, Sector 2, Nr. Reg. Com.: J40/23606/1993, CUI: 4781338, reprezentată prin Stroe Marian, în calitate de Administrator	
BENEFICIAR:	Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad cu sediul in Arad, Cod Postal: 310037, Strada: Andreny Karoly, nr. 2-4, CUI: 3519879, Adresa de e-mail: scjuarad.bap@gmail.com, Nr de telefon: +40 357407200, Fax: +40 257211233, Persoana de contact: ANITA RISTA	
OBIECTUL CONTRACTULUI:	Anunțul de participare nr. SCN1065576/ 20.03.2020 „Achiziționare echipamente medicale (6 loturi) Lot 2: Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati); Lot 5: Ventilator de transport (3 bucati)„	
Prezentul supliment certifică următoarele modificări ale poliței de asigurare mai sus menționate:		Explicații:
☐ Asigurat:		
☐ Sume asigurate:		
☒ Perioada de asigurare:	31.03.2020- 30.07.2020	Conform adresa nr. 11974/31.03.2020
☐ Prima de asigurare:		
☐ Alte caracteristici:		

Mentiiuni Speciale: Conform adresa nr. 11974/31.03.2020, se prelungeste valabilitatea politiei Poliței de Garantare pentru licitații cu Seria GL nr. 0024527/30.03.2020 cu 24 de zile de la 06.07.2020 pana la 30.07.2020 inclusiv.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. Prezentul supliment face parte integrantă din contractul de asigurare.

ASIGURAT	AGENT/BROKER	ASIGURĂTOR
(DANSON SRL semnătura, stampila)	(semnătura, stampila)	(S.C. CARE ROMANIA S.A., semnătura și stampila)
		

Emis in 3 exemplare la data de 31.03.2020

OFERTA TEHNICA

Denumire utilaj : Aparat de ventilatie mecanica

Model : LYRA X2 , Producator : Axcent Medical , Tara : Germania.

SPECIFICATII	CONFORMITATE		
	Da	Nu	Document / pagina
Alimentare cu oxigen conector autocuplant	X		Conf. Prospect pag.13
Alimentare la 220V 50Hz	X		Conf. Prospect pag.11
Dimensiuni : 664x600x1520mm cu carucior(troler)	X		Conf. Prospect pag.8, 664 mm x 600 mm x 1520 mm
Greutate : 33 kg cu carucior	X		Conf. Prospect pag.8, 33kg cu troler
Afisaj color tactil	X		Conf. Prospect pag.7
Tipuri de pacienti : adult, copil, neonatal	X		Conf. Prospect pag.8
Moduri de ventilatie invaziva :VCV, PCV, VSIMV, PSIMV, CPAP/PSV, PRVC, V+SIMV, BPAP, APRV.	X		Conf. Prospect pag.8
Moduri de ventilatie noninvaziva : CPAP, PCV, PPS, S/T, VS.	X		Conf. Prospect pag.8
Oxigen conc : 21%-100%	X		Conf. Prospect pag.8
Volum tidal adult, pediatric, noul nascut	X		Conf. Prospect pag.8, adult 100-2000ml, pediatric 20-300ml, neonat 20-300ml
Frecventa resp 1-80rpm	X		Conf. Prospect pag.8, adult 1-80rpm,
Frecventa resp noul nascut 1-150rpm	X		Conf. Prospect pag.8, neonat 1-150
PEEP 1-45cmH2O sau oprit	X		Conf. Prospect pag.8, 1-45cmH2O
Suspin interval 20s-180min	X		Conf. Prospect pag.9, 20s-180min
Alarmer :			
Volum Tidal	X		Conf. Prospect pag.11
Volum pe minut	X		Conf. Prospect pag.11
Presiune cai respiratorii	X		Conf. Prospect pag.11
Apnee	X		Conf. Prospect pag.11
Frecventa	X		Conf. Prospect pag.11
Concentratie de oxigen	X		Conf. Prospect pag.11
Baterie interna Li-Ion ,11,25VDC, 6400mAh	X		Conf. Prospect pag.11
Autonomie minim 3ore de functionare	X		Conf. Prospect pag.11
Garantie 36 de luni	X		Se asigura o garantie de 36 de luni de la data punerii in functiune

Ofertant:

DANSON srl

Director General

Dan Stroe,