Specificații tehnice pentru video-laringoscoapele HugeMed

Ecran	Diagonală: 3,5 vizualizare completă
	Monitor: LCD
	Rezoluție: 640x480 RGB
	Raport imagine: 4:3
	Rată de împrospătare video: 30 FPS
	Iluminare: LED
Ieșire date	Ușor de întocmit și stocat fișiere
Ieșire imagine	Conectare la monitorul extern și convenabil pentru instruire și prezentare
Lamă laringoscop, cameră inclusă	Rezoluție: 2,0 megapixeli
	Unghi câmp: 66°
	Iluminare: ≥800 LUX
Acumulator	Tip: acumulator reîncărcabil cu litiu
	Durată lungă de funcționare: ≥200 de minute
	Tensiune: 3,7 V
	Capacitate: 3200 mAh
	Ciclul de viață al acumulatorului: peste 300 de încărcări
	Timpul de încărcare: sub 8 ore
Condiții pentru transport/depozitare	Temperatură: -10 până la +45°C
	Umiditate: ≤93 %
	Presiune atmosferică: 500 hPa până la 1060 hPa
Condiții de operare	Temperatură: -10 până la +45°C
	Umiditate: 30 % ~ 85 %
	Presiune atmosferică: 700 hPa până la 1060 hPa
Manevrare	Design ergonomic cu un mâner scurt și confortabil

Statistici

La utilizatorii începători, video-laringoscopul cu lamă MAC îmbunătățește rata de succes și durata de intubare în comparație cu laringoscopul direct cu lamă MAC

Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co.,LTD

Adr.: 8F,Block A, Tempus Building, 1st Qingshuihe Road, Luohu District, Shenzhen City Guangdong, China.
Tel: +86-755-2227 5866 +86-755-8226 7820
Fax: +86-755 2227 5833
Email: Sale@Hugemed.net
Website: www.HugeMed.net

HugeMed

Florina Iustina Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD, L=ARAD, O=Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, OU=Administrativ, E=ionescuscm@yahoo.ro, SERIALNUMBER=201104209FII1, G=Florina Iustina, SN=Ionescu, CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autenticitate
Computerul meu
2020.05.27 14:08

HugeMed Video-Laringoscop

Safety Intubation, We build

ISO13485 NO.: 10052108 TÜVRheinland CFDA