



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KÁROLY, NR. 2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

Florina
Iustina
Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD,
L=ARAD, O=Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, OU=Administrativ,
E=scjaradsecretariat@yahoo.com,
SERIALNUMBER=201104209F11,
G=Florina Iustina, SN=Ionescu,
CN=Florina Iustina Ionescu
2020.05.22 16:39
unitate afiliată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 16489/30.04.2020

Solicitare de clarificari

Către,

S.C. MEDICAL LOGISTIC MALL S.R.L.

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Achiziția de echipamente medicale 3 loturi**, clasificare conform CPV: **33100000-1 Echipamente medicale (Rev. 2)**, **50421000-2 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului medical (Rev. 2)**, **51410000-9 Servicii de instalare echipament medical (Rev. 2)**, **80320000-3 Servicii de formare profesională în domeniul medical (Rev. 2)** – derulată prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cod unic achiziție: **3519879_2020_PAAPD1138914**.


Comisia de Evaluare numită prin **Dispoziția nr. 1286/29.04.2020** în temeiul prevederilor **art. 134, alin. (1)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizată, a constatat în **propunerea tehnică** prezentată de către societatea dvs. aferentă **lotului 2** anumite **neconcordanțe/neclarități** în raport cu cele precizate în Caietul de Sarcini, respectiv:

- din analiza documentelor depuse de către societatea dvs. a rezultat faptul că ați oferit pentru echipamentul aferent acestui lot - Ventilator de transport, două modele de echipament, respectiv Astral 100 și Astral 150. Va solicităm astfel, să ne specificați exact ce model de ventilator ne-ați prezentat în oferta tehnică și financiară depusă spre evaluare.

Va rugăm să ne clarificați aspectele mai sus prezentate până în termenul limită de **04.05.2020, ora 11:00**.

Se precizează faptul că în conformitate cu prevederile **art. 137, alin. (1)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizată, "**Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.**", cu luarea în considerare a situațiilor prevăzute la **art. 137, alin. (3) lit. a)** din același act normativ, potrivit căruia, "**nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini**".

Manager,
Ec. Lucuta Carmen



Intocmit,
Dr



spital <scjuarad.bap@gmail.com>

Solicitare clarificare Medical Mall

1 mesaj

spital <scjuarad.bap@gmail.com>
Către: raluca.chiric@medicalmall.ro

30 aprilie 2020, 17:44



Solicitare clarificari MEDICAL MALL.pdf
83K