




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR. 2-4
TEL: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

**Florina
Iustina
Ionescu**

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD,
L=ARAD, O=Spitalul Clinic Județean
de Urgență Arad, OU=Administrativ,
E=scjaradsecretariat@yahoo.com,
SERIALNUMBER=201104209FII1,
G=Florina Iustina, SN=Ionescu,
CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autentificată
Computerul meu
2020.05.25 09:46



93Nr. 18274/13.05.2020

Aprobat
Manager,
Ec. Ionescu Florina



PROCES VERBAL EVALUARE

încheiat azi, 13.05.2020 cu ocazia analizei ofertelor depuse pentru achiziția publică având ca obiect **Achiziționare echipamente medicale 3 loturi - Lot 1: Injectomat, Lot 2: Analizor gaze și electroliti Astrup + Teste Astrup + Butelii gaz, Lot: 3 Sistem încălzire sange**, cod unic achiziție **3519879_2020_PAAPD1139499**, clasificare conform CPV:

- 33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2);
- 51421000-2 Servicii de reparare și întreținere a echipamentului medical (Rev.2);
- 51410000-9 Servicii de instalare echipament medical (Rev.2);
- 80320000-3 Servicii de formare profesională în domeniul medical (Rev.2);

Comisia de evaluare numită prin **Dispoziția nr. 1301/08.05.2020** s-a întrunit la data de **13.05.2020** orele **09:00** pentru a consemna ofertele depuse în cadrul negocierii fără publicarea unui anunț de participare.

Componenta Comisiei de evaluare este următoarea:

- ✓ Flaviu Duna – Inginer/Presedinte Comisie de evaluare cu drept de vot;
- ✓ Voinitchi Alina – Inginer/Membru Comisie de evaluare;
- ✓ Olar Dana – Medic primar Șef secție/Membru Comisiei de evaluare;
- ✓ Hreniuc Catalin – Medic primar/Membru Comisie de evaluare;
- ✓ Sasu Alciona – Medic primar Șef secție/Membru Comisiei de evaluare;

Președintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică s-a organizat în conformitate cu:

- a) Legea privind achizițiile nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- b) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- c) Legea nr. 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC;
- d) orice alte acte normative în vigoare care reglementează achizițiile publice (vezi www.anap.gov.ro)



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY. NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



confidentialitate, imparțialitate și disponibilitate, care se anexează prezentului.

Au fost consemnate ofertele depuse până în termenul acordat în acest sens, Comisia de evaluare constatând faptul că au fost depuse următoarele oferte:

- a) **S.C. SAPACO 2000 S.A.** – nr. 17437/08.05.2020 (oferta primită pe e-mail) – a depus oferta pentru **lotul 3**;
- b) **S.C. ACVAROM INTERNATIONAL S.R.L.** – nr. 17438/08.05.2020 (oferta primită pe e-mail) – a depus oferta pentru **lotul 2**;
- c) **S.C. HELLIMED S.R.L.** - nr. 17595/08.05.2020, (oferta primită pe e-mail) – a depus oferta pentru **lotul 1**;
- d) **S.C. HEALTHTIM S.R.L.** – nr. 17603/08.05.2020 (oferta primită pe e-mail) – a depus oferta pentru **loturile 1, 2 și 3**;

Comisia de evaluare a procedat la verificarea și consemnarea elementelor principale ale ofertelor din punct de vedere al calificării:

Nr. crt.	Ofertanti	Lotul	Elementele ofertelor	
			Documente de calificare	Observatii
1	S.C. SAPACO 2000 S.A.	3	cf. cerintelor	
2	S.C. ACVAROM INTERNATIONAL S.R.L.	2	cf. cerintelor	
3	S.C. HELLIMED S.R.L.	1	cf. cerintelor	
4	S.C. HEALTHTIM S.R.L.	1, 2 și 3	cf. cerintelor	

Comisia de evaluare a procedat la verificarea și consemnarea elementelor principale ale ofertelor tehnice:

Nr. crt.	Ofertanti	Lotul	Elementele ofertelor	
			Propunere tehnica	Observatii
1	S.C. SAPACO 2000 S.A.	3	cf. cerintelor termen de livrare maxim 3 saptamani	
2	S.C. ACVAROM INTERNATIONAL S.R.L.	2	cf. cerintelor termen de livrare 2 zile de la comanda ferma	
3	S.C. HELLIMED S.R.L.	1	cf. cerintelor termen de livrare 3 zile	



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



4	S.C. HEALTHTIM S.R.L.	1	Nu respecta cerințele din caietul de sarcini	Oferta prezintă o durată de autonomie de 6 ore față de 10 ore cât prevede caietul de sarcini.
		2		Oferta nu prezintă acumulator cf solicitare caiet sarcini ci doar baterie și calibrarea aparatului nu este automată. În oferta nu se menționează un termen ferm de livrare ci se indică un termen de 1-2 zile iar în anexa la declarația privind prevederile contractului de furnizare 5 zile.
		3		Oferta nu permite folosirea tuburi cu diametre diferite, încălzirea produsilor de sange se efectuează rapid și pe o suprafață mică de încălzire, ceea ce ar putea periclita viabilitatea produsilor de sange labili.

În urma evaluării ofertelor tehnice Comisia de evaluare a constatat faptul că toate ofertele sunt conforme exceptând ofertele depuse de către **S.C. HEALTHTIM S.R.L. care sunt neconforme pentru motivele menționate în tabelul de mai sus.**

Comisia de evaluare a procedat la verificarea și consemnarea elementelor principale ale ofertelor financiare depuse de către ofertanții ale căror oferte au fost declarate conforme în etapa de evaluare a propunerilor tehnice:

Nr. crt.	Ofertanti	Lotul	Elementele ofertelor	
			Valoare estimată, lei fără TVA	Valoare ofertă, lei fără TVA
1	S.C. SAPACO 2000 S.A.	3	46.218,48	46.160
2	S.C. ACVAROM INTERNATIONAL S.R.L.	2	48.890	48.890
3	S.C. HELLIMED S.R.L.	1	45.500	41.965

În urma evaluării ofertelor financiare, Comisia de evaluare a constatat faptul că toate se încadrează în valoarea estimată și că prin urmare sunt admisibile.

În urma aplicării criteriului de atribuire și anume „cel mai bun raport calitate-preț”, clasamentul rezultat este identificat mai jos:



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



Nr. lot	Denumire ofertant	Punctaj, rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire	Clasament
1	S.C. HELLIMED S.R.L.	Pret: 50 p Termen de livrare: 50 p (3 zile) Punctaj final: 100 p	I

Nr. lot	Denumire ofertant	Punctaj, rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire	Clasament
2	S.C. ACVAROM INTERNATIONAL S.R.L.	Pret: 50 p Termen de livrare: 50 p (2 zile) Punctaj final: 100 p	I

Nr. lot	Denumire ofertant	Punctaj, rezultat în urma aplicării criteriului de atribuire	Clasament
3	S.C. SAPACO 2000 S.A.	Pret: 50 p Termen de livrare: 50 p (3 săptămâni = 21 zile) Punctaj final: 100 p	I

Având în vedere starea de urgență decretată pe teritoriul României prin Decretul Președintelui României nr. 195/16 Martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, intrare în vigoare la data de 16 martie 2020 data publicării în MO nr. 212, partea I și situația existentă la nivelul județului Arad, implicit la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, reprezentanții societăților nu au putut participa la ședința de deschidere a ofertelor, respectiv nu au putut negocia ofertele inițiale depuse, astfel încât Președintele Comisiei de evaluare precizează că se vor transmite solicitări de reofertare privind rezultatul negocierii fără publicarea unui anunț de participare cu mențiunea că dacă operatorii economici doresc să își îmbunătățească ofertele depuse inițial o pot face o singură dată, tot prin e-mail, cu respectarea celor precizate în comunicările transmise.

Comisia de evaluare declară închisă ședința de evaluare a ofertelor urmând a se transmite comunicări către ofertanți.

Comisia de evaluare

- ✓ Flaviu Duna – Inginer/Președinte Comisie de evaluare cu drept de vot _____;
- ✓ Voinitchi Alina – Inginer/Membru Comisie de evaluare _____;
- ✓ Olar Dana – Medic primar Șef secție/Membru Comisiei de evaluare _____;
- ✓ Hreniuc Catalin – Medic primar/Membru Comisie de evaluare _____;



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR. 2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211



Catre

Biroul Achizitii

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca, in urma evaluarii ofertelor porimite pentru lotul 1
Injectomate rezolutia este urmatoarea:

- 1.Oferta depusa de catre Hellimed este conforma cu caietul de sarcini .
2. Oferta depusa de catre Heathtim Srl prezinta o durata de autonomie de 6 ore fata de 10 ore cat prevede caietul de sarcini in consecinta este neconforma.

Va multumim.

Hreniuc Catalin

419/11.05.2020

Spitalul Clinic Județean de Urgență
ARAD
SECȚIA PNEUMOLOGIE

Catre Serviciul de achizitii al SCJU Arad,

Spitalul Clinic Județean de Urgență
ARAD
INTRARE Nr. 12237
Data 11.05.2020

Subsemnata, dr. Dana Olar, medic sef sectie Pneumologie II, SCJU Arad, locatia din Piata Mihai Viteazul 7-9, va aduc la cunostinta faptul ca in urma analizei atente a celor doua oferte pentru analizorul de gaze am gasit urmatoarele aspecte:

- diferentele sunt trecute in fisierul anexat. Cel mai important aspect este cel legat de metoda de calibrare a celor doua aparate in sensul ca modelul EDAN I15 necesita in plus un echipament frigorific pentru depozitarea fluid pack-urilor, ceea ce reprezinta un inconvenient major. De asemenea aceste fluid pack-uri de calibrare odata introduse in aparat au o valabilitate de 30 de zile indiferent de numarul probelor efectuate, in timp ce calibrarea modelului OPTI CCA TS2 se efectueaza automat cu ajutorul casetelor de calibrare fara nevoia depozitarii in mediul frigorific, iar perioada de valabilitate a casetei este de 2 ani.

- avand in vedere ca este un aparat care impune o deosebita sensibilitate si performanta, si avand in vedere ca am lucrat cu aparatul OPTI CCA TS2, deci am verificat in ultimii trei ani fiabilitatea acestuia ,in plus, fiind produs de firma de aparatura medicala Americana consacrata, optam pentru acest aparat.

Cu stima,

Dr.Dana Olar

ARAD, 11 mai2020

Dr. DANA OLAR
medic primar pneumolog
director in serv. medicale

Diferente între oferte:

OPTI CCA TS2	EDAN I15	Detalii
Calibrarea aparatului: Solutia de calibrare este continuta in caseta de masurare. Calibrarea se face automat, inainte de masurarea probei.	Calibrarea aparatului: Solutia de calibrare este continuta in fluid pack, NU in caseta. Calibrarea se face automat inainte de masurarea probei. Fluid pack-ul (50 sau 100 probe) trebuie tinut la frigider si, odata instalat in aparat, expira in 30 de zile INDIFERENT de cate probe s-au lucrat.	Evalalurea impact.
Caracteristicile tehnice cu referinta la manual + nr de pagina	Caracteristicile tehnice fara referinta la manual + nr de pagina	Din oferta EDAN I15 nu se poate concluziona daca aparatul intruneste caracteristicile tehnice
Livrarea tuturor echipamentelor in max. 2 zile de la comanda ferma.	Livrarea analizorului in max 5 zile de la comanda ferma. (a se vedea anexa)	
Mentenanța preventivă 1 / an	Fara mentenanța preventivă	

Livrare, ambalare, etichetare, transport, asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de 2 zile de la data transmiterii comenzii ferme de către achizitor către furnizor.

Produsul va fi considerat livrat când va instalat, pus în funcțiune la parametrii agreeți și recepționat.


OPTI CCA TS2

Evaluare tehnica LOT 3

2 mesaje

spital <scjuarad.bap@gmail.com>
Către: hematologearad@yahoo.com

8 mai 2020, 18:24



2 atașamente **Propunere tehnica lot 3.pdf**
1990K **Oferta tehnica - lot 3.pdf**
3054K

Hematologie Arad <hematologearad@yahoo.com>
Către: spital <scjuarad.bap@gmail.com>



11 mai 2020, 17:37

On Friday, May 8, 2020, 06:25:17 PM GMT+3, spital <scjuarad.bap@gmail.com> wrote:

Raspuns privind evaluarea ofertei de sisteme de incalzire a sangelui.

- evaluarea lot 3 SAPACO2000 corespunde cerintelor tehnice din caietul de sarcini elaborat la nivel de SCJUA
- evaluarea lot 3 HEALTHIM nu corespunde cu cerintelor tehnice din caietul de sarcini elaborat la nivel de SCJUA, deoarece nu permite folosirea tuburi cu diametre diferite, incalzirea produsilor de sange se efectueaza rapid si pe o suprafata mica de incalzire, ceea ce ar putea periclita viabilitatea produsilor de sange labili.

Dr Sasu Alciona



Catre Serviciul de achizitii al SCJU Arad,

Subsemnata, dr. Dana Olar, medic sef sectie Pneumologie II, SCJU Arad, locatia din Piata Mihai Viteazul 7-9, va aduc la cunostinta faptul ca in urma analizei atente a celor doua oferte pentru analizorul de gaze am gasit urmatoarele aspecte:

- diferentele sunt trecute in fisierul anexat. Cel mai important aspect este cel legat de metoda de calibrare a celor doua aparate in sensul ca modelul EDAN 115 necesita in plus un echipament frigorific pentru depozitarea fluid pack-urilor, ceea ce reprezinta un inconvenient major. De asemenea aceste fluid pack-uri de calibrare odata introduse in aparat au o valabilitate de 30 de zile indiferent de numarul probelor efectuate, in timp ce calibrarea modelului OPTI CCA TS2 se efectueaza automat cu ajutorul casetelor de calibrare fara nevoia depozitarii in mediul frigorific, iar perioada de valabilitate a casetei este de 2 ani.

- avand in vedere ca este un aparat care impune o deosebita sensibilitate si performanta, si avand in vedere ca am lucrat cu aparatul OPTI CCA TS2, deci am verificat in ultimii trei ani fiabilitatea acestuia ,in plus, fiind produs de firma de aparatura medicala Americana consacrata, optam pentru acest aparat.

Cu stima,

Dr. Dana Olar

ARAD, 11 mai 2020

Dr. Dana Olar
medic sef sectie pneumologie
scdp 010812

Diferente intre oferte:

OPTI CCA TS2	EDAN I15	Detalii
Calibrarea aparatului: Solutia de calibrare este continuta in caseta de masurare. Calibrarea se face automat, inainte de masurarea probei.	Calibrarea aparatului: Solutia de calibrare este continuta in fluid pack, NU in caseta. Calibrarea se face automat inainte de masurarea probei. Fluid pack-ul (50 sau 100 probe) trebuie tinut la frigider si, odata instalat in aparat, expira in 30 de zile INDIFERENT de cate probe s-au lucrat.	Evalalurea impact.
Caracteristicile tehnice cu referinta la manual + nr de pagina	Caracteristicile tehnice fara referinta la manual + nr de pagina	Din oferta EDAN I15 nu se poate concluziona daca aparatul intruneste caracteristicile tehnice
Livrarea tuturor echipamentelor in max. 2 zile de la comanda ferma.	Livrarea analizorului in max 5 zile de la comanda ferma. (a se vedea anexa)	
Mentenanata preventiva 1 / an	Fara mentenanata preventiva	

Livrare, ambalare, etichetare, transport, asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de 2 zile de la data transmiterii comenzii ferme de catre achizitor catre furnizor.

Produsul va fi considerat livrat cand va instalat, pus in functiune la parametrii agreati si receptionat.

OPTI CCA TS2

ANEXA

Nr. crt	Denumire produse	Cant. Solicitata	IN STOC	Termen de livrare	Garanti produs
1	Injectomat	7	Produs in STOC	24 -48 ORE de la primirea comenzii ferme	24 luni
2	Analizor gaze si electroliti Astrup + Teste Astrup 1 cut + Butelii gaz 5buc	1	-	Max 5 zile de la primirea comenzii ferme	24 luni
3	Sistem de incalzire sange	8	Produs in STOC	24 -48 ORE de la primirea comenzii ferme	24 luni

Subsemnatul, declar pe propria răspundere că informațiile de mai sus sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării acestora orice documente doveditoare.

EDAN I15

Specificatii tehnice Injectomat Medima S300

Producator Medima

- Ecran mare tactil, usor de citit, care afiseaza constant rata de debit, dimensiunea seringii, numele medicamentului, presiunea de perfuzie si status alimentare
- Rata de debit 0.01 – 2000 ml/h (subdiviziuni de 0.01 ml/h pana la 99.99 ml/h, de 0.1 ml/h pana la 999.9 ml/h si de 1 ml/h peste 1000 ml/h) cu o acuratete de cel putin $\pm 2\%$
- Inserare frontala a seringii in injectomat
- Fixare automata a seringii pentru minimizarea erorilor
- Permite utilizarea seringilor cu volum cuprins intre 5 ml pana la 50 ml (diversi producatori)
- Diferite moduri de operare: perfuzie constanta sau intermitenta, perfuzie cu etape.
- Permite montarea in statii de andocare, fara montarea, respectiv demontarea vreunui accesoriu
- Poate fi utilizat impreuna cu o statie de andocare cu sistem de prindere cu sina si conexiune in unul sau mai multi poli
- Permite bolus manual sau automat cu posibilitatea programarii dozei, a ratei de debit sau a timpului
- Rata de debit bolus: pana la 2000 ml/h
- Permite modificarea parametrilor pentru bolus fara oprirea perfuziei
- Doza de inductie programabila (volum/ doza, timp sau rata)
- Parametrii de perfuzie programabili in urmatoarele unitati:
 - ml/min, ml/h, ml/24h,
 - ng, μ g, mg, μ U, mU, U, kU, nmol, μ mol, mmol, mol / kg,
 - / min, h, 24h
- KVO programabil in intervalul 0.1 – 5.0 ml/h, cu subdiviziuni de 0.1 ml/h
- Permite perfuzie cu profile (minim 24 cicluri)
- Presiunea de ocluzie ajustabila, in minim 12 trepte, in intervalul 75– 900 mmHg
- Reducere automata a bolusului de ocluzie
- Permite modificarea nivelului presiunii de ocluzie fara a opri perfuzia
- Posibilitate optionala pentru un soft care asigura vizualizarea si administrarea starii si a informatiilor clinice de la echipamentele conectate (trimitere librarii de medicamente, revizualizare alarme, revizualizare istoric perfuzie, administrare informatii pacienti si generarea rapoartelor referitoare la infuzie)
 - Sa functioneze cu pana la 128 de dispozitive
 - Softul sa fie compus din mai multe module, pentru navigare, centru de alarmare, alarme, pacienti, rapoarte, modul de conectare/inregistrare, administrare, informatii despre aplicatie si producator.
- Permite salvarea procedurilor de dozare a medicamentelor, constand in: numele medicamentului, concentratia medicamentului, rata (dozarea), volumul total perfuzie (doza), parametrii pentru bolus (volum/ doza si perioada de timp), parametrii dozei de inductie, doua tipuri de limitari (soft si hard) pentru toti parametrii de perfuzie, care fie avertizeaza cu privire la depasirea parametrilor recomandati, fie previne introducerea valorilor care sunt inafara intervalelor.
- Prevazut cu biblioteca de medicamente cu minim 2000 de proceduri de dozare impreuna cu toti parametrii de perfuzie

- Permite programarea bibliotecii direct de la tastatura injectomatului (fara utilizarea vreunui echipament extern)
 - Comunicarea, in cazul pompelor montate in cadrul unei statii de andocare cu soft-uri externe prin retea LAN, care sa permita: monitorizarea desfasurarii perfuzie (in forma grafica) pentru fiecare pompa, monitorizarea parametrilor de perfuzie pentru fiecare pompa, prezentarea alarmelor si a cauzei acestora, arhivarea informatiilor cu privire la infuzii.
 - Parametrii afisati constant pe durata perfuziei: numele medicamentului, rata/ dozare, presiune de perfuzie si nivelurile selectate de presiune de ocluzie, siringa aleasa, nivel de incarcare baterie, status perfuzie (in desfasurare sau oprita)
 - Prevazut cu acumulator Ni-MH reincarcabil, cu o autonomie de minim 30h la o rata de 5 ml/h
 - Timp de reincarcare 100% maxim 5 ore
 - Testare a starii bateriei
 - Posibilitate de conectare la sistemul informatic al spitalului (optional)
 - Echipat cu un maner integrat, nedetasabil
 - Permite modificarea debitului fara intreruperea perfuziei
 - Permite verificarea volumului total perfuzat
 - Acuratete mecanica: +/- 2%
 - Permite perfuzare in bolus cu afisare a volumului perfuzat
 - Permite blocarii tastaturii impotriva interventiilor neautorizate
 - Limita presiunii de ocluzie si alarma in caz de ocluzie a sistemului perfuzie minim 6 trepte de alarmare
 - Jurnal de evenimente de minim 2000 de inregistrari ale activitatilor operationale sau a alarmelor, inclusiv data si ora
 - Alarmer: nu se alimenteaza, baterie scazuta, baterie goala, pre-alarma ocluzie, ocluzie, linie de infuzie deconectata, autoinfuzie, pozitionare necorespunzatoare a seringii pe durata infuziei, infuzia se apropie de sfarsit, infuzie finalizata, siringa aproape goala, siringa goala, eroare xx, medicamentul nu este activ, cronometru, baterie deconectata, fixare necorespunzatoare in statia de andocare.
- Accesorii:
- Cablu alimentare – 1 bucata
 - Manual operare in limba romana – 1 bucata