SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD
ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRONY [illegible] 4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: [illegible]

Florina Iustina Ionescu
Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
Manager, C=RO, S=ARAD, T=Manager, O=Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, OU=Administrativ, E=sciaradsecretariat@yahoo.com, SERIALNUMBER=201104209FII1, G=Florina Iustina, SN=Ionescu, CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autenticitate
Computerul meu
2020.05.25 09:46

Nr. 18253 / 13.05.2020

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA

Către **S.C. HEALTHTIM S.R.L. – lotul 1, 2, 3**

Referitor la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de atribuire avand ca obiect **Achizitionare echipamente medicale 3 loturi - Lot 1: Injectomat, Lot 2: Analizor gaze si electroliti Astrup + Teste Astrup + Butelii gaz, Lot: 3 Sistem incalzire sange,** cod unic achizitie **3519879_2020_PAAPD1139499**, clasificare conform CPV:

33100000-1 Echipamente medicale (Rev.2);
51421000-2 Servicii de reparare si intretinere a echipamentului medical (Rev.2);
51410000-9 Servicii de instalare echipament medical (Rev.2);
80320000-3 Servicii de formare profesionala in domeniul medical (Rev.2);

Comisia de Evaluare numita prin **Dispozitia nr.1301** din data **08.05.2020** va comunica faptul ca ofertele depuse pentru **loturile 1, 2, 3** au fost declarate neconforme pentru urmatoarele considerente:

Lotul 1 – Oferta prezinta o durata de autonomie de 6 ore fata de 10 ore cat prevede caietul de sarcini.

Lotul 2 – Oferta nu prezinta acumulator cf solicitare caiet sarcini ci doar baterie si calibrarea aparatului nu este automata. In oferta nu se mentioneaza un termen ferm de livrare ci se indica un termen de 1-2 zile iar in anexa la declaratia privind prevederile contractului de furnizare 5 zile.

Lotul 3 – Oferta nu premite folosirea de tuburi cu diametre diferite, incalzirea produsilor de sange se efectueaza rapid si pe o suprafata mica de incalzire, ceea ce ar putea periclita viabilitatea produsilor de sange labili.

Pentru considerentele mai sus consemnate Comisia de evaluare a apreciat ca oferta dvs. pentru toate cele 3 loturi nu respecta cerintele minimale precizate in Caietele de sarcini si in conformitate cu **art. 137 alin. 3 lit. a)** din **H.G.** nr. **395/2016** actualizata, **a declarat-o neconforma.**

Eventualele contestatii se pot depune in termenul legal prevazut de Legea nr. 101/2016, organismul competent de solutionare a contestatiilor fiind Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod 030084, e-mail: office@cnsc.ro, telefon: 021-3104641, fax: 021-3104642.

Avand in vedere faptul ca procedura a fost demarata in contextul pandemiei COVID-19 si pentru asigurarea celeritatii asigurarii unitatii sanitare cu echipamentele ce fac obiectul acestei proceduri, va solicitam sa ne comunicati prin e-mail daca nu intentionati sa promovati o contestatie, in acest caz subscrisa nefiind obligata la respectarea termenului de contestatie si ar avea posibilitatea parafarii imediate a contractelor de achizitii.

Cu consideratie,

Manager
Ec. Florina Ionescu

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD

Intocmit Flaviu Duna – Inginer/Presedinte Comisie de evaluare cu drept de vot

Gmail **spital <scjuarad.bap@gmail.com>**

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA

1 mesaj

spital <scjuarad.bap@gmail.com> 13 mai 2020, 18:24
Către: office <office@healthtim.ro>

Buna,
Atasat comunicare rezultat procedura Achizitionare echipamente medicale 3 Loturi

Multumesc

HEALTHTIM SRL-Comunicare rezultat procedura nr 18253-13.05.2020.pdf
102K